



Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd
D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,
Baoan, Shenzhen, Guangdong 518103, China

EC REP

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Germany



Distributor
Microlife AG
Epenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
www.microlife.com

CE 0482

IB OXY 210 E-V11 3922
Revision Date: 2022-09-21

microlife®



OXY₂₁₀

Fingertip Oximeter

EN	→	1	CZ	→	30	HU	→	58
RU	→	8	SK	→	37	HR	→	65
BG	→	15	SL	→	44	PL	→	72
RO	→	23	SR	→	51			



Microlife OXY 210



microlife®

Guarantee Card

Microlife OXY 210

Name of Purchaser / Ф.И.О. покупателя / Име на купувача / Numele cumpărătorului / Imię i nazwisko nabywcy / Jméno kupujícího / meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca

Serial Number / Серийный номер / Сериен номер / Număr de serie / Numer seryjny / Výrobní číslo / Výrobné číslo / Serijska števika / Serijski broj / Sorozatszám / Serijski broj

Date of Purchase / Дата покупки / Дата на закупуване / Data cumpărării / Data zakupu / Datum nákupu / Dátum kúpy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine

Specialist Dealer / Специализированный дилер / Специалист дистрибутор / Distribuidor de specialitate / Przedstawiciel / Specializovaný dealer / Špecializovaný predajca / Spezializirani trgovec / Ovlaščení diler / Forgalmazó / Ovlašteni prodavač

microlife®

- ① ON/OFF button
- ② Oxygen saturation (value as percentage)
- ③ Pulse rate (value in beats per minute)
- ④ Pulse bar
- ⑤ Low battery indicator
- ⑥ Inserting the batteries
- ⑦ Attaching the lanyard
- ⑧ Operation principle
- ⑨ Display modes (6 different)
- ⑩ Settings menu
 - a Interface 1
 - b Interface 2

Dear Customer,

This Microlife fingertip pulse oximeter is a portable non-invasive device intended for spot-checking of the oxygen saturation of arterial hemoglobin (SpO_2) and pulse rate of adults and pediatric patients. It is suitable for private use (at home, or on the go) as well as for use in the medical sector

(hospitals, hospital-type facilities). It has been clinically proven to be of high precision during repeatability. If you have any questions, problems or want to order spare parts please contact your local Microlife-Customer Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you the address of the Microlife dealer in your country. Alternatively, visit the internet at www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable information on our products. Retain instructions in a safe place for future reference. Stay healthy – Microlife AG!

Table of contents

1. Explanation of symbols
2. Important safety instructions
3. General Description
4. Measurement Principles
5. Directions for use
6. Inserting the batteries
7. ON/OFF button / Function button
8. Display Mode
9. Using the Lanyard
10. Malfunctions and Actions to take

11. Cleaning and disinfecting
12. Guarantee
13. Technical specifications

1. Explanation of symbols



Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



Read the instructions carefully before using this device.



Type BF applied part



Manufacturer



Low battery indicator



Serial number



Protected against dripping water




Authorized representative
in the European Community




Oxygen saturation (value as
percentage)



Pulse rate (value in beats per
minute)



Operating conditions:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F



Storage conditions:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE 0482

CE Marking of Conformity

2. Important safety instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- **Never immerse this device in water or other liquids. For cleaning please follow the instructions in the « Cleaning and disinfecting » section.**
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

- Never open this device.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the « Technical specifications » section.
- Protect it from:
 - water and moisture
 - extreme temperatures
 - impact and dropping
 - contamination and dust
 - direct sunlight
 - heat and cold
- The function of this device may be compromised when used close to strong electromagnetic fields such as mobile phones or radio installations and we recommend a distance of at least 1 m (according to 60601-1-2 table 5). In cases where you suspect this to be unavoidable, please verify if the device is working properly before use.
- Do not use the device in an MRI or CT environment.
- This device is not intended for continuous monitoring.
- Do not sterilize this device using autoclaving or ethylene oxide sterilizing. This device is not intended for sterilization.
- If the device is not going to be used for a prolonged period the batteries should be removed.



Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.



Use of this device is not intended as a substitute for a consultation with your doctor.

3. General Description

Oxygen saturation indicates the percentage of hemoglobin in arterial blood that is loaded with oxygen. This is a very important parameter for the respiratory circulation system. Many respiratory diseases can result in lower oxygen saturation within human blood.

Following factors can reduce oxygen saturation: Automatic regulation of organ dysfunction caused by anesthesia, intensive postoperative trauma, injuries caused by some medical examinations. These situations may result in light-headedness, asthenia and vomiting. Therefore, it is very important to know the oxygen saturation of a patient so that doctors can detect problems in a timely manner.

4. Measurement Principles

Principle of this fingertip pulse oximeter: A mathematical formula is established making use of Lambert Beer Law according to spectrum absorption characteristics of deoxygenated hemoglobin (Hb) and oxyhemoglobin (HbO_2) in red and near-infrared zones.

Operation principle of this device: Photoelectric oxyhemoglobin inspection technology is adopted in accordance with capacity pulse scanning and recording technology, so that two beams of different wavelength of lights (660 nm red and 905 nm near infrared light) can be focused onto a human nail tip through a clamping finger-type sensor. A measured signal obtained by a photosensitive element, will be shown on the display through process in electronic circuits and microprocessor.

5. Directions for use

1. Insert the batteries as described in the «Inserting the batteries» section.
2. Insert one finger (nail side up; index or middle finger is recommended) into the finger opening of the device. Be sure to fully insert the finger so that the sensors are completely covered by the finger.

3. Release the device allowing it to clamp down on the finger.
4. Press the ON/OFF button ① to turn the device on.
5. **Do not shake your finger during the test.** It is recommended that you do not move your body whilst taking a reading.
6. Your measurement values will appear on the screen after a few seconds.
7. Remove your finger from the device.
8. The device will automatically switch off after approx. 10 ± 2 seconds after the finger is removed from the device.



The height of the bar graph ④ is an indication of the pulse and signal strength. The bar should be greater than 30 % for a proper reading.



The device must be able to measure the pulse properly to obtain an accurate SpO_2 measurement. Verify that nothing is hindering the pulse measurement before relying on the SpO_2 measurement.



The maximum application time at a single site should be less than 30 minutes, in order to ensure correct sensor alignment and skin integrity.

Inaccurate measurements may occur if:

- The patient suffers from significant levels of dysfunctional hemoglobin (such as carboxyhemoglobin or methemoglobin).
- Intravascular dyes such as indocyanine green or methylene blue have been injected into the patient.
- Used in the presence of high ambient light (e.g. direct sunlight). Shield the sensor area with a surgical towel if necessary.
- There is excessive patient movement.
- The patient experiences venous pulsations.
- The patient has hypotension, severe vasoconstriction, severe anemia, or hypothermia.
- The patient is in cardiac arrest or is in shock.
- Fingernail polish or false fingernails are applied.

6. Inserting the batteries

After you have unpacked your device, first insert the batteries. The battery compartment is on the bottom of the device. Remove the battery cover by sliding it in the direction shown. Insert the batteries (2 x 1.5 V, size AAA), thereby observing the indicated polarity.

 Replace the batteries when the low power indicator ⑤ appears on the display.



Always replace both batteries at the same time.

7. ON/OFF button / Function button

Press and release the ON/OFF button ① to turn on, hold the button for about one second. The device shows the settings menu ⑩. Press or hold the ON/OFF button to perform corresponding operations. Hold it to set an item, or press it to switch an option or switch the display mode. Press means no more than 0.5 seconds, while hold means more than 0.5 seconds.

Alert Sound Setting

Hold ON/OFF button ① while the device is switched on. Settings menu (interface 1) is displayed ⑩-a. Move «*» to the corresponding option, and hold the function button to set **Alert** to **on** and set **Beep** to **off**. When **Alert** is set to **on** and the measured values of the blood oxygen saturation and pulse rate go beyond the upper limit or lower limit, the device gives off an alert sound. When **Beep** is set to **on**, a tick will be heard along with pulse beats during pulse rate measurement. While the «*» symbol stays on the **Restore** option, hold the functional button to restore default settings.

Brightness Setting

Press ON/OFF button ① to select the **Brightness** option and then hold the ON/OFF button to set the brightness to a value ranging from 1 to 5. The greater the value, the greater the brightness of the screen.

Alert Range Setting

On settings menu (interface 2) ⑩-b, press the ON/OFF button ① to switch between options. On this interface, you can set the upper limit and lower limit of **SpO2 Alert** and **PR Alert**. While the «*» symbol stays on the +/- option, hold the functional button to set the option to + or -. In + mode, select the corresponding option and hold the ON/OFF button to increase the upper or lower limit; in - mode, hold the ON/OFF button to decrease the upper or lower limit. Move «*» to the **Exit** option, and hold the ON/OFF button to return to the monitoring interface.

8. Display Mode

When the device is switched on, shortly press the ON/OFF button ① to switch to another display mode to select your desired display mode ⑨. There are 6 different display modes. The default setting is mode 1.

9. Using the Lanyard

1. Thread the thinner end of the lanyard through the hanging hole at the rear end of the device.
2. Thread the thicker end of the lanyard through the threaded end before pulling it tightly.

10. Malfunctions and Actions to take

Description	Symptom/ Possible causes	Solutions	Description	Symptom/ Possible causes	Solutions
SpO ₂ or pulse rate do not display normally.	<ol style="list-style-type: none">1. Finger is not inserted correctly.2. Patient SpO₂ value is too low to be measured.3. There is excessive illumination.	<ol style="list-style-type: none">1. Retry inserting the finger.2. & 3. Measure more times. If you determine the product is working correctly, consult your doctor.	The device cannot be powered on.	<ol style="list-style-type: none">1. No batteries or low battery power.2. Batteries are not installed correctly.3. The device may be damaged.	<ol style="list-style-type: none">1. Replace the batteries.2. Remove and reinstall the batteries.3. Contact your local Microlife-Customer Service.
SpO ₂ or pulse rate is shown unstable.	<ol style="list-style-type: none">1. Finger might not be inserted deep enough.2. Excessive patient movement.	<ol style="list-style-type: none">1. Retry inserting the finger.2. Sit calmly and retry.	The display suddenly switches off.	<ol style="list-style-type: none">1. The device is automatically powered off, when no signal was detected after 10±2 seconds.2. The battery power is too low to operate.	<ol style="list-style-type: none">1. Normal.2. Replace the batteries.

11. Cleaning and disinfecting

Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70% Isopropyl) to clean the silicone that touches the finger inside of the device. Also clean the finger being tested using alcohol before and after each test. Allow the device to dry thoroughly before use.

 Never use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning and never immerse the device in water or other cleaning liquids.

12. Guarantee

This device is covered by a **2 year guarantee** from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee. The following items are excluded from the guarantee:

- Transport costs and risks of transport.
- Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
- Damage caused by leaking batteries.
- Damage caused by accident or misuse.
- Packaging/storage material and instructions for use.
- Regular checks and maintenance (calibration).

- Accessories and wearing parts: Battery. Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local Microlife service. You may contact your local Microlife service through our website:
www.microlife.com/support

Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

13. Technical specifications

Type: Fingertip Pulse Oximeter OXY 210

Display: OLED display

Display range: Oxygen saturation: 35 - 100 %

Pulse rate: 25 - 250 bpm

Resolution: Oxygen saturation: 1 %

Pulse rate: 1 bpm

Measurement precision:	Oxygen saturation: ±2% (70 - 100%) No requirement: (≤ 69 %) Pulse rate: ± 2 bpm
Alert range: Oxygen saturation:	Upper limit: 50 - 100% Lower limit: 50 - 100%
Pulse rate:	Upper limit: 25 - 250 bpm Lower limit: 25 - 250 bpm
Alert error:	Oxygen saturation: ± 1 % of the preset value Pulse rate: the greater of ± 10% of the preset value and ± 5 bpm PI (Perfusion Index) Weak PI Min. 0.2 %
Operating conditions:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F 15 - 80 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F 10 - 93 % relative maximum humidity
Automatic switch-off:	Automatically shut down in 10±2 seconds, when no or low signal is detected.

Battery: 2 x 1.5 V alkaline batteries; size AAA

Battery life-time: approx. 30 hours (using new batteries)

Weight: 42.5 g (including batteries)

Dimensions: 62 x 37 x 32 mm

IP Class: IP22

Reference to standards: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Expected service life: 5 years (when used 15 times/day; 20 minutes for each measurement)

Technical alterations reserved.

- ① Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Уровень насыщения крови кислородом (в процентах)
- ③ Частота пульса (число ударов в минуту)
- ④ Графическое отображение пульса
- ⑤ Индикатор разряда батареи
- ⑥ Установка батарей
- ⑦ Прикрепление ремешка для ношения
- ⑧ Принцип работы
- ⑨ Режимы отображения (6 различных режимов)
- ⑩ Меню настроек
 - а Интерфейс 1
 - б Интерфейс 2

Уважаемый покупатель,
Пульсоксиметр Microlife - портативный неинвазивный прибор, предназначенный для измерения степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови человека (SpO_2) и частоты сердечных сокращений (частоты пульса) у взрослых и детей. Прибор пригоден как для личного использования (дома, в дороге), так и для использования в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках и т.п.). Пульсоксиметр показал высокую точность и повторяемость результатов измерений во время клинических испытаний.

При возникновении вопросов, проблем или для заказа запасных частей, пожалуйста, обращайтесь в местный сервисный центр Microlife. Ваш дилер или аптека могут предоставить Вам адрес сервисного центра Microlife в Вашем регионе. В качестве альтернативы, посетите в Интернете страницу www.microlife.ru, где Вы сможете найти ряд полезных сведений по нашему изделию. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

Будьте здоровы – Microlife AG!

Оглавление

- 1. Расшифровка символов
- 2. Важные указания по безопасности
- 3. Описание прибора

- 4. Принципы измерения
- 5. Указания по использованию
- 6. Установка батареек
- 7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / Функциональная кнопка
- 8. Переключение режимов дисплея
- 9. Использование ремешка для ношения
- 10. Возможные неисправности и способы их устранения
- 11. Очистка и дезинфекция
- 12. Гарантия
- 13. Технические характеристики

1. Расшифровка символов



Батарейки и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.



Изделие типа BF



Производитель




Индикатор разряда батареек



Регистрационный номер



Защита от капель воды




Официальный представитель в Европейском Сообществе



Уровень насыщения крови кислородом (в процентах)



Частота пульса (число ударов в минуту)



Условия применения:
от 5 до 40 °C

Условия хранения:
от -10 до +50 °C

CE 0482

Сертификация CE

несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием.

- Никогда не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При очистке следуйте инструкциям, приведенным в разделе « Очистка и дезинфекция».
- Не используйте прибор, если Вам кажется, что он поврежден или если Вы заметили что-либо необычное.
- Никогда не вскрывайте прибор.
- В состав прибора входят чувствительные компоненты, требующие осторожного обращения. Ознакомьтесь с условиями хранения и эксплуатации, описанными в разделе «Технические характеристики»!
- Оберегайте прибор от:
 - воды и влаги
 - экстремальных температур
 - ударов и падений
 - загрязнения и пыли
 - прямых солнечных лучей
 - жары и холода
- Источники сильного электромагнитного излучения, как мобильные телефоны или радиостанции, могут повлиять на работу прибора. Мы рекомендуем сохранять дистанцию минимум 1 м от источников

2. Важные указания по безопасности

- Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе содержатся важные сведения о работе и безопасности этого устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для дальнейшего использования.
- Прибор может использоваться только в целях, описанных в данной инструкции. Изготовитель не

электромагнитного излучения (в соответствии со стандартом 60601-1-2 параграф 5). В случае, если это невозможно, пожалуйста, удостоверьтесь в правильной работе прибора перед его использованием.

- Не используйте этот прибор вблизи магнитно-резонансного томографа или компьютерного томографа.
- Этот прибор не предназначен для длительных измерений.
- Не стерилизуйте прибор в автоклаве или при помощи окиси этилена. Прибор не предназначен для стерилизации.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, то из него следует вынуть батарейки.



Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлангами возможен риск удушения.



Перед использованием прибора проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

3. Описание прибора

Степень насыщения артериальной крови кислородом показывает, сколько процентов гемоглобина в артериальной крови нащено кислородом. Этот показатель является очень важным для оценки дыхательной функции. Многие респираторные заболевания могут привести к понижению уровня насыщения артериальной крови кислородом.

Следующие факторы могут привести к снижению уровня насыщения крови кислородом: вызванные анестезией нарушения в ауторегуляции функций организма, послеоперационные травмы, повреждения в результате медицинских исследований. Эти ситуации могут привести к головокружению, астении и тошноте. В связи с этим очень важно знать уровень насыщения крови кислородом, чтобы врач смог вовремя выявить нарушения в работе организма.

4. Принципы измерения

Принцип действия пульсоксиметра: Математическая формула установлена с использованием закона Ламберта-Бэра в соответствии с характеристиками спектра поглощения венозного гемоглобина (Hb) и

оксигемоглобина (HbO₂) в видимой и ближней инфракрасной области спектра.

Принцип работы пульсоксиметра: использование фотозелектрической контрольно-измерительной технологии, позволяющей просканировать функциональную активность пульса, и последующей записи полученных данных. Два пучка излучения с различной длиной волн (660 нм видимой и 905 нм ближней инфракрасной области спектра) могут быть сфокусированы на кончике ногтя человека через зажим пальцевого датчика. Измеренный сигнал затем может быть получен фоточувствительным элементом, данные с которого после обработки электронными схемами и микропроцессором будут отображаться на дисплее.

5. Указания по использованию

3. Вставьте батарейки, как описано в разделе «Установка батареек».
4. Вставьте палец в прибор (дисплей должен располагаться со стороны ногтя; рекомендуется проводить измерение на указательном или среднем пальце). Убедитесь, что палец полностью вставлен в прибор, и полностью закрывает собой сенсоры.
5. Прижмите палец створками прибора.

- Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①, чтобы включить прибор.
- Не двигайте пальцем во время измерения.** Рекомендуется не двигаться во время измерения.
- Значения измерений появятся на экране через несколько секунд.
- Уберите палец с прибора.
- Устройство автоматически выключается приблизительно через 10 ± 2 секунд после того, как Вы достанете палец из прибора.

 Уровень графика ④ показывает значение пульса и силу сигнала. Для точного измерения уровень должен быть не ниже 30%.

 Для получения точных результатов значение SpO₂, прибор должен сначала точно измерить пульс. Убедитесь, что нет помех при измерении пульса, только после этого ознакомьтесь со значением SpO₂.

 **Максимальное время измерения на одной стороне - 30 минут,** необходимо обеспечить правильное расположение датчика и избежать повреждений кожи.

Измерения могут быть неточными если имеет/ют место:

- Значительные уровни дисфункциональных гемоглобинов (таких как карбоноксигемоглобин и метемоглобин).
- Внутрисосудистые контрастные вещества (индоцианин зеленый или метилен голубой)
- Сильная внешняя засветка (например, прямой солнечный свет). При сильной засветке оградите сенсор хирургическим полотенцем, если необходимо.
- Чрезмерная подвижность пациента.
- Пациент испытывает венозный пульс.
- Пониженное давление, спазм сосудов, анемия или переохлаждение.
- Остановка сердечной деятельности или шок у пациента.
- Лак для ногтей или используются накладные ногти.

6. Установка батареек

После того, как Вы вынули прибор из упаковки, прежде всего, вставьте батареики. Отсек для батареек расположен на нижней части прибора. Откройте крышку батарейного отсека. Вставьте батареики (2 x тип AAA 1.5V), соблюдая полярность.



Замените батареики при появлении знака «низкий уровень заряда батареики» ⑤ на дисплее.



Всегда заменяйте обе батареики одновременно.

7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ / Функциональная кнопка

Нажмите и отпустите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①, чтобы включить, удерживайте кнопку в течение примерно одной секунды. Устройство отображает меню настроек ⑩. Нажмите или удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выполнить соответствующие операции. Удерживайте ее, чтобы задать элемент, или нажмите ее, чтобы переключить параметр либо режим отображения. Нажатие длится не более чем 0,5 секунды, в то время как удерживание длится более чем 0,5 секунды.

Настройка звука оповещения

Удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①, когда устройство включено. Отображается меню настроек (интерфейс 1) ⑩-а. Переместите «*» к соответствующему параметру и зажмите функциональную кнопку, чтобы включить

оповещения и выключить звуковой сигнал. Когда оповещения включены и измеренные значения уровня кислорода в крови и частоты пульса выходят за верхний или нижний предел, устройство подает звуковой сигнал оповещения. Когда включен звуковой сигнал, во время измерения частоты пульса вместе с биением пульса будут слышны щелчки. Когда символ «*» находится на параметре «Восстановить», зажмите функциональную кнопку, чтобы восстановить настройки по умолчанию.

Настройка яркости

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①, чтобы выбрать параметр **Яркость**, и затем зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы задать значение яркости в диапазоне от 1 до 5. Чем больше значение, тем выше яркость экрана.

Настройка диапазона оповещения

В меню настроек (интерфейс 2) ⑩-b, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ ①, чтобы переключиться между параметрами. В этом интерфейсе можно задать верхний и нижний предел оповещения для SpO₂ и ЧСС. Когда символ «*» находится на параметре +/-, зажмите функциональную кнопку, чтобы задать для параметра значение + или -.

В режиме + выберите соответствующий параметр и зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы увеличить верхний или нижний предел; в режиме - зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы уменьшить верхний или нижний предел. Переместите «*» на пункт **Выйти** и зажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы вернуться в интерфейс мониторинга.

8. Переключение режимов дисплея

Когда прибор включен, коротким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ① переключите режим дисплея ⑨. Прибор поддерживает 6 разных режимов дисплея. По умолчанию установлен режим 1.

9. Использование ремешка для ношения

1. Проденьте более тонкий конец ремешка через отверстие для ремешка.
2. Проденьте толстый конец ремешка сквозь продетый конец и затем крепко затяните.

10. Возможные неисправности и способы их устранения

Описание	Симптом/ Возможные причины	Решения
Показания SpO ₂ или пульса не высвечиваются.	1. Палец вставлен неправильно. 2. Уровень SpO ₂ слишком низок и не может быть измерен. 3. Возможно сенсор засвечен.	1. Вставьте палец еще раз. 2. & 3. Проведите дополнительные несколько измерений. Если Вы считаете, что прибор работает корректно, обратитесь к врачу.

Описание	Симптом/ Возможные причины	Решения
Нестабильны е показатели SpO_2 или пульса.	<ol style="list-style-type: none"> Возможно палец не вставлен достаточно глубоко. Возможно пациент двигается. 	<ol style="list-style-type: none"> Вставьте палец еще раз. Постарайтесь не двигаться.
Невозможно включить прибор.	<ol style="list-style-type: none"> Батарейки не вставлены или разряжены. Батарейки установлены неправильно. Прибор поврежден. 	<ol style="list-style-type: none"> Замените батарейки. Достаньте и установите батарейки еще раз. Свяжитесь с местным сервисным центром Microlife.

Описание	Симптом/ Возможные причины	Решения
Дисплей неожиданно выключается.	<ol style="list-style-type: none"> При отсутствии сигнала в течение 10 ± 2 секунд прибор автоматически выключается. Уровень заряда батареи слишком низкий. 	<ol style="list-style-type: none"> Не является неисправностью. Замените батарейки.



Никогда не используйте для очистки абразивные чистящие средства, растворители или бензол, и никогда не погружайте прибор в воду или иные чистящие жидкости.

12. Гарантия

На прибор распространяется гарантия в течение **2 лет** с даты приобретения. В течение этого гарантийного периода, по нашему усмотрению, Microlife бесплатно отремонтирует или заменит неисправный продукт. Вскрытие или изменение устройства аннулирует гарантию.

Следующие пункты исключены из гарантии:

- Транспортные повреждения и риски, связанные с транспортом.
- Повреждения, вызванные неправильным применением или несоблюдением инструкции по применению.
- Повреждения, вызванные утечкой батарей.
- Повреждения, вызванные несчастным случаем или неправильным использованием.
- Упаковка / хранение материалов и инструкции по применению.
- Регулярные проверки и обслуживание (калибровка).

11. Очистка и дезинфекция

Используйте ватную палочку или хлопковую салфетку, смоченную в спирте (70% изопропиловый спирт), чтобы очистить силиконовую поверхность, контактирующую с пальцем. Обязательно протрите спиртом палец перед измерением и после измерения. Дождитесь высыхания устройства перед проведением измерения.

- Аксессуары и изнашиваемые детали: батареи.
- Если требуется гарантийное обслуживание обратитесь к дилеру, у которого был приобретен продукт или в местную службу поддержки Microlife. Вы можете связаться с местным сервисом Microlife через наш сайт: www.microlife.com/support

Компенсация ограничена стоимостью продукта. Гарантия будет предоставлена, если товар будет возвращен целиком с оригинальным чеком. Ремонт или замена в рамках гарантии не продлевает и не восстанавливает сначала гарантийный срок. Юридические претензии и права потребителей не ограничены этой гарантией.

13. Технические характеристики

Тип: Пульсоксиметр OXY 210

Дисплей: Дисплей OLED

Отображаемый диапазон: Уровень кислорода: 35 - 100 %
Частота пульса: 25 - 250 брт

Минимальный шаг индикации: Уровень кислорода: 1 %
Частота пульса: 1 брт

Точность измерения:	Уровень кислорода: $\pm 2\%$ (70 - 100%) Нет требований: ($\leq 69\%$) Частота пульса: ± 2 брт
Диапазон оповещения:	Верхний предел: 50 - 100% Нижний предел: 50 - 100%
Уровень кислорода:	
Частота пульса:	Верхний предел: 25 - 250 брт Нижний предел: 25 - 250 брт
Ошибка оповещения:	Уровень кислорода: $\pm 1\%$ от предустановленного значения Частота пульса: $\pm 10\%$ от предустановленного значения или ± 5 удар/мин (что больше) ИП (индекс перфузии) Низкий ИП мин. 0.2 %
Условия применения:	от 5 до 40 °C 15 - 80 % максимальная относительная влажность
Условия хранения:	от -10 до +50 °C максимальная относительная влажность 10 - 93 %

Автоматическое выключение: Прибор автоматически выключается через 10 ± 2 секунд, в случае отсутствия показателей измерения.

Батарея: 2 x 1,5V (B) щелочные батарейки размера AAA

Срок службы батареи: примерно 30 часов (при использовании новых щелочных батареек)

Масса: 42,5 г (г) (включая батарейки)

Размеры: 62 x 37 x 32 мм (мм)

Класс защиты: IP22

Соответствие стандартам: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Ожидаемый срок службы: 5 лет (при использовании 15 раз в день; по 20 минут во время каждого измерения)

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

- ① Обяснение на символите
- ② Кислородна сатурация (стойност в процент)
- ③ Пулс (стойност в удари в минута)
- ④ Пулсова лента
- ⑤ Индикация за изтощена батерия
- ⑥ Поставяне на батериите
- ⑦ Поставяне на примката
- ⑧ Принцип на работа
- ⑨ Режими на дисплея (6 различни)
- ⑩ Меню с настройки
 - а Интерфейс 1
 - б Интерфейс 2

Уважаеми потребителю,
Този Microlife пръстов пулсоксиметър е преносимо
неинвазивно устройство, предназначено за проверка
на място на кислородната сатурация (насищане) на
артериалния хемоглобин (SpO_2) и честотата на пулс
на възрастни и детски пациенти. Подходящ е за лично

ползване (вкъщи или в движение), както и за използване в медицинския сектор (болници, болничен тип заведения). Клинично доказано е, че устройството е с висока точност по време на възпроизвежданост.
Ако имате въпроси, проблеми или искате да поръчате резервни части, моля, свържете се с местния представител на Microlife-Клиентски услуги. Вашият дистрибутор или аптекар може да ви даде адреса на дистрибутора на Microlife във вашата страна. Друга възможност е да посетите Интернет на www.microlife.bg, където можете да намерите изключително полезна информация за продуктите ни.
Запазете инструкциите на сигурно място за бъдещи справки.
Бъдете здрави – Microlife AG!

Съдържание

- 1. Обяснение на символите
- 2. Важни инструкции за безопасност
- 3. Общо описание
- 4. Принципи на измерване
- 5. Указания за ползване

- 6. Поставяне на батерии
- 7. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. / Бутон за избор на функция
- 8. Режим на дисплея
- 9. Използване на примката
- 10. Възможни неизправности и начини за тяхното обслужване
- 11. Почистване и дезинфекциране
- 12. Гаранция
- 13. Технически спецификации

1. Обяснение на символите



Батериите и електронните уреди трябва да се изхвърлят съгласно местните приложими разпоредби, а не с битовите отпадъци.



Прочетете внимателно инструкциите, преди да ползвате този уред.



Класификация на използваните детайли - тип BF



Производител



Индикация за изтощена батерия



Сериен номер



Зашитен от капеща вода




Упълномощен представител в Европейската общност



Кислородна сатурация (стойност в процент)



Пулс (стойност в удари в минута)



Работни условия:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Условия на съхранение:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE маркировка за съответствие
CE 0482

2. Важни инструкции за безопасност

- Следвайте инструкциите за употреба. Този документ предоставя важна информация за работата и безопасността по отношение на това устройство. Моля, прочетете внимателно този документ, преди да използвате устройството и го запазете за бъдещи справки.
- Този прибор може да се ползва единствено за целта, описана в тази книжка. Производителят не

може да носи отговорност за повреди, причинени от неправилна употреба.

- Никога не потапяйте прибора във вода или други течности. За почистване следвайте указанията в раздела « Почистване и дезинфекцииране».**
- Не ползвайте прибора, ако мислите, че е повреден или забележите нещо нередно.
- Никога не отваряйте прибора.
- В този прибор има чувствителни детайли и с него трябва да се борави внимателно. Спазвайте условията за съхранение и експлоатация, описани в раздел «Технически спецификации»!
- Пазете го от:
 - вода и влага
 - екстремни температури
 - удар и изпускане
 - замърсяване и прах
 - пряка слънчева светлина
 - топлина и студ
- Функцията на това устройство може да бъде компрометирана, когато се използва в близост до силни електромагнитни полета, като мобилни телефони или радиоинсталации, и ние препоръчваме разстояние от най-малко 1 м (съгласно 60601-1-2 таблица 5). В случаите, когато това е неизбежно,

трябва да се уверите дали устройството работи правилно преди употреба.

- Не използвайте устройството в среда с ЯМР (ядлено магнитен резонанс) или КТ (компютърен томограф).
- Това устройство не е предназначено за непрекъснато наблюдение.
- Не стерилизирайте това устройство, като използвате автоклав или стерилизация с етилен оксид. Това устройство не е предназначено за стерилизация.
- Ако приборът няма да се ползва за продължителен период от време, батерията трябва да се изваждат.



Не позволяйте на деца да използват прибора без родителски контрол; някои части са достатъчно малки, за да бъдат погълнати. Бъдете наясно с риска от задушаване в случай, че това устройство е снабдено с кабели или тръби.



Преди да използвате уреда се консултирайте с Вашия лекуващ лекар.

3. Общо описание

Кислородната сатурация показва процента на хемоглобин в артериалната кръв, който е насыщен с кислород. Това е много важен параметър за кръвообращението в дихателната система. Много заболявания на дихателните пътища могат да доведат до пониска сатурация (насищане) на кислород в човешката кръв.

Следните фактори могат да намалят насищането с кислород: Автоматично регулиране на органна дисфункция, причинена от анестезия, интензивна постоперативна травма, наранявания, причинени от някои медицински прегледи. Тези ситуации могат да доведат до замаяност, астения и повръщане. Поради това е много важно да се знае сатурацията на кислород на пациента, така че лекарите да могат да открият проблема своевременно.

4. Принципи на измерване

Принцип на този пръстов пулсоксиметър: Математическа формула е установена, използвайки закона на Ламберт - Беер според характеристиките на спектрната абсорбция на деоксигенирания хемоглобин (Hb) и

оксихемоглобина (HbO₂) в червената и близо до инфрачервената зони.

Работен принцип на това устройство: Технологията за изследване на фотоелектричния оксихемоглобин е възприета съответно със сканиране на капацитета на пулса и технология за запис, така че два лъча с различна дължина на вълната на светлината (660 нм червена и 905 нм близо до инфрачервената светлина) могат да се фокусират върху върха на човешки нокът чрез зашипване на пръстов сензор. Измереният сигнал, получен от фоточувствителния елемент, ще бъде показан на дисплея посредством процес в електронните вериги и микропроцесора.

5. Указания за ползване

3. Поставете батерията, както е описано в раздела «Поставяне на батерии».
4. Поставете един пръст (с нокътя нагоре; препоръчително е да бъде показалеца или средния пръст) в отвора за пръст на устройство. Не забравяйте да поставите пръста достатъчно навътре, така че сензорите напълно да покриват пръста.
5. Освободете устройството, позволяйки му да зашипе пръста.

- Натиснете бутона Вкл./Изкл. ①, за да включите устройството.
- Не клатете пръста си по време на измерването.**
Препоръчва се да не движите тялото си, по време на измерването.
- Измерените стойности ще се появят на екрана след няколко секунди.
- Отстранете пръста си от устройството.
- Устройството ще се изключи автоматично след около 10 ± 2 секунди, след като извадите пръста от устройството.

 Височината на лентовата диаграма ④ е показател за пулса и неговата сила. Лентата трябва да бъде по-висока от 30% за правилни показания.

 Устройството трябва да може да измери пулса правилно, за да се получи точно измерване на SpO₂. Уверете се, че нищо не пречи на измерването на пулса преди да се разчита на измерване на SpO₂.



Максималното време за прилагане на едно място трябва да бъде по-малко от 30 минути, за да се гарантира правилното привеждане в съответствие на сензора, както и целостта на кожата.

Неточни измервания могат да се появят, ако:

- Пациентът страда от значителни нива на дисфункционален хемоглобин (като карбоксихемоглобин и метемоглобин).
- Инtrаваскуларни багрила като индоцианиново зелено или метиленово синьо са били инжектирани в пациента
- Използване при наличие на висока околнна светлина (например директна слънчева светлина).
Закрайте зоната на сензора с хирургична кърпа, ако е необходимо.
- Налице е прекомерно движение на пациента.
- Пациентът е получил венозни пулсации.
- Пациентът има хипотония, тежка вазоконстрикция, тежка анемия или хипотермия.
- Пациентът е в сърдечен арест или е в шок.
- Лак за нокти или изкуствени нокти са използвани.

6. Поставяне на батерии

След като разопаковате вашия уред, първо поставете батериите. Гнездото на батериите се намира от долната страна на устройството. Отворете капака на батериите като го пълзнете в указаната посока. Поставете батериите (2 x 1.5 V, размер AAA), като спазвате посочената полярност.

 Сменете батериите, когато индикаторът за нисък заряд ⑤ се появява на дисплея.

 Винаги сменяйте двете батерии едновременно.

7. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. / Бутон за избор на функция

Натиснете и отпуснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. ①, за да включите устройството, задръжте бутона за около една секунда. Устройството показва менюто с настройки ⑩. Натиснете или задръжте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да извършите съответните операции. Задръжте го, за да зададете даден елемент, или го натиснете, за да превключвате между опциите или да промените режима на дисплея. Натискането е с продължителност от не

повече от 0,5 секунди, докато задържането – за повече от 0,5 секунди.

Настройка за звуков сигнал

Задържте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. ①, докато устройството е включено. Показва се менюто с настройки (интерфейс 1) ⑩-а. Преместете символа «*» до съответната опция и задържте бутона за избор на функция, за да зададете **Alert** (Аларма) на включено и **Beep** (Звуков сигнал) на изключено положение. Когато **Alert** (Аларма) е включена и измерените стойности на кислородна сатурация в кръвта и честотата на пулса надхвърлят горната или долната граница, устройството издава предупредителен сигнал. Когато **Beep** (Звуков сигнал) е включен, по време на измерването на честотата на пулса ще се чуе туптене, съответстващо на сърдечните удари. Докато символът «*» е до опцията **Restore** (Възстановяване), задържте бутона за избор на функция, за да възстановите настройките по подразбиране.

Настройка на яркостта

Натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. ①, за да изберете опцията **Brightness** (Яркост), след което задържте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да настроите яркостта на

стойност в диапазона от 1 до 5. Колкото по-висока е стойността, толкова по-силна е яркостта на экрана.

Настройка за обхвата на звуковия сигнал

В менюто с настройки (интерфейс 2) ⑩-б, натиснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ. ① за да превключвате между опциите. На този интерфейс можете да зададете горната и долната граница на **SpO2 Alert** (Аларма за закислородна сатурация) и **PR Alert** (Аларма за честота напулса). Докато символът «*» е до опцията +/-, задържте бутона за избор на функция, за да зададете опцията на+ или -.

В режим + изберете съответната опция и задържте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да увеличите горната или долната граница; в режим - задържте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да намалите горната или долната граница. Преместете «*» до опцията **Exit** (Изход) и задържте бутона за ВКЛ./ИЗКЛ., за да се върнете към интерфейса за мониториране.

8. Режим на дисплея

Когато устройството е включено, за кратко натиснете бутона Вкл./Изкл. ①, за да превключите към друг режим на дисплея и за да изберете желания от Вас режим на

дисплея ⑨. Има 6 различни режими. Настройката по подразбиране е режим 1.

9. Използване на примката

1. Прокарайте тънкия край на примката през отвора в задния край на устройството.
2. Промушете дебелия край на примката през вдънатаия край, преди да го дърпнете здраво.

10. Възможни неизправности и начини за тяхното обслужване

Описание	Признак/ Възможни причини	Решения
SpO ₂ или пулсът не се показват нормално.	1. Пръстът не е поставен правилно. 2. Стойността на SpO ₂ на пациента е твърде ниска, за да бъде измерена. 3. Налице е прекомерно осветление.	1. Опитайте отново да вкарате пръста. 2. & 3. Измерете повече пъти. Ако решите, че продуктът работи правилно, консултирайте се с вашия лекар.

Описание	Признак/ Възможни причини	Решения	Описание	Признак/ Възможни причини	Решения
SpO ₂ или честотата на пулса са показани нестабилни.	1. Пръстът не е поставен достатъчно навътре. 2. Прекомерно движение на пациента.	1. Опитайте отново да вкарате пръста. 2. Седнете спокойно и опитайте отново.	Дисплеят изгасва внезапно.	1. Устройството се изключва автоматично, когато сигнал не е бил открит след 10+2 секунди. 2. Мощността на батериите е твърде ниска, за да работят.	1. Нормален. 2. Сменете батериите.
Устройството не може да бъде включено.	1. Няма батерии или ниска мощност на батериите. 2. Батериите не са поставени правилно. 3. Устройството може да е повредено.	1. Сменете батериите. 2. Извадете и поставете отново батериите. 3. Обърнете се към местния представител на Microlife за клиентски услуги.			

11. Почистване и дезинфекциране

Ползвайте тампон или памучна тъкан, напоени със спирт (70% изопропил), за да почистите силикона, който докосва пръста вътре в устройството. Също така почистявайте пръста със спирт преди всеки тест. Оставете устройството да изсъхне напълно преди употреба.



Никога не ползвайте абразивни почистващи препарати, разтворители или бензол за почистване и никога не потапяйте прибора във вода или други почистващи течности.

12. Гаранция

Този уред е с **2-годишна** гаранция от датата на закупуване. По време на този гаранционен период, по наша преценка, Microlife ще поправи или замени дефектния продукт безплатно.

Отварянето или модификациите по прибора правят гаранцията невалидна.

Следните артикули са изключени от гаранцията:

- Транспортни разходи и рискове от транспорта.
- Повреда, причинена от неправилно приложение или неспазване на инструкциите за употреба.
- Повреда, причинена от изтичане на батерии.
- Повреда, причинена от злополука или неправилна употреба.
- Опаковъчен / съхраняващ материал и инструкции за употреба.
- Редовни проверки и поддръжка (калибриране).
- Аксесоари и износващи се части: батерия.

Ако се изисква гаранционно обслужване, моля, свържете се с дилъра, от който е закупен продуктът, или с

местния представител на Microlife. Можете да се свържете с местния представител на Microlife чрез нашия уебсайт: www.microlife.com/support

Компенсацията е ограничена до стойността на продукта. Гаранцията ще бъде предоставена, ако целият продукт бъде върнат с оригиналната фактура. Ремонтът или подмяната в рамките на гаранцията не удължава или подновява гаранционния период. Юридическите претенции и правата на потребителите не са ограничени от тази гаранция.

13. Технически спецификации

Тип: Пръстов пулсоксиметър OXY 210

Дисплей: OLED дисплей

Диапазон на дисплея: Кислородна сатурация: 35 - 100 %
Честота на пулса: 25 - 250 bpm

Разделителна способност: Кислородна сатурация: 1 %
Честота на пулса: 1 bpm

Точност на измерване: Кислородна сатурация:
±2% (70 - 100%)
Няма изискване: ($\leq 69 \%$)
Честота на пулса: ± 2 bpm

Обхват на аларма:
Кислородна сатурация:

Величина на пулса:

Грешка при аларма:

Работни условия:

Условия на съхранение:

Автоматично изключване:

Горна граница: 50 - 100%
Долна граница: 50 - 100%

Горна граница: 25 - 250 bpm
Долна граница: 25 - 250 bpm

Кислородна сатурация: ± 1 % от предварително зададената стойност
Честота на пулса: по-висока от ± 10 % от предварително зададената стойност и ± 5 bpm
PI (индекс на перфузия)
Нисък PI: мин. 0.2 %

5 - 40 °C / 41 - 104 °F
15 - 80 % относителна максимална влажност

-10 - +50°C / 14 - 122 °F
10 - 93 % относителна максимална влажност

Автоматично изключване след 10±2 секунди, когато липсва или се открива слаб сигнал.

Батерия: 2 x 1.5 V алкални батерии; големина AAA

Живот на батериите: Приблизително 30 часа (при използване на нови батерии)

Тегло: 42,5 g (включително батерии)

Габарити: 62 x 37 x 32 mm

IP клас на защита: IP22

Препратка към стандарти: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Очакван срок на експлоатация: 5 години (когато се използва 15 пъти/ден; 20 минути за всяко измерване)

:

Производителят си запазва правото да внеса технически промени.

- ① Butonul pornit/oprit
- ② Saturația de oxigen (valoare procentuală)
- ③ Rata pulsului (valoare în bătăi pe minut)
- ④ Indicatorul pulsului
- ⑤ Indicator baterie descărcată
- ⑥ Introducerea bateriilor
- ⑦ Atașarea șnurului
- ⑧ Modul de funcționare
- ⑨ Moduri de afișare (6 moduri diferite)
- ⑩ Meniu setări
 - a Interfață 1
 - b Interfață 2

Stimate utilizator,
Acest pulsoximetru de deget Microlife este un dispozitiv portabil non invaziv destinat pentru verificarea la față locului a saturației de oxigen a hemoglobinei arteriale (SpO_2) și rata pulsului la pacienții adulți și copii. Este potrivit pentru uz individual (acasă sau în deplasare),

precum și pentru utilizare în domeniul medical (spitale). A fost testat și dovedit clinic de mare precizie pe parcursul măsurărilor.

În cazul în care aveți orice fel de întrebări, probleme sau dorîți să comandați piese de schimb, vă rugăm contactați Service-ul local Microlife. Vânzătorul sau farmacia dvs. vor fi în măsură să vă ofere adresa distribuitorului Microlife din țara dvs. Alternativ, vizitați pe Internet la www.microlife.com, unde puteți găsi multe informații importante cu privire la produsele noastre.

Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.

Aveți grijă de sănătatea dvs. – Microlife AG!

Cuprins

- 1. Semnificația simbolurilor
- 2. Instrucțiuni de siguranță importante
- 3. Descriere generală
- 4. Modul de funcționare
- 5. Instrucțiuni de utilizare
- 6. Introducerea bateriilor
- 7. Buton On/OFF (pornit/oprit) / Buton funcție

- 8. Modul de afișare
- 9. Utilizarea șnurului
- 10. Disfuncționalități și remedii
- 11. Curățarea și dezinfecțarea
- 12. Garanția
- 13. Specificații tehnice

1. Semnificația simbolurilor



Bateriile și instrumentele electronice trebuie salubrizate în concordanță cu reglementările locale în vigoare, și nu împreună cu deșeurile menajere.



Citii instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza acest aparat.



Partea aplicată - de tip BF



IP22



% SpO₂

♥ /Min

Producător

Indicator baterie descărcată


Număr de serie

Protejat împotriva picăturilor de apă

Reprezentant autorizat în comunitatea Europeană

Saturația de oxigen (valoare procentuală)

Rata pulsului (valoare în bătăi pe minut)



Condiții de funcționare:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Condiții de păstrare:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE 0482

Marcajul CE de Conformitate

2. Instrucțiuni de siguranță importante

- Urmați instrucțiunile de utilizare. Acest document oferă informații importante privind funcționarea și siguranța dispozitivului. Citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru a fi utilizat în viitor.
- Acest instrument poate fi utilizat numai pentru scopul descris în această broșură. Producătorul nu poate fi

făcut răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă.

- Nu introduceți niciodată acest instrument în apă sau în alte lichide. Pentru curățare vă rugăm să urmați instrucțiunile din secțiunea « Curățarea și dezinfecțarea ».
- Nu utilizați instrumentul dacă aveți impresia că este deteriorat sau observați ceva neobișnuit la el.
- Nu demontați niciodată instrumentul.
- Acest instrument include componente sensibile și trebuie tratat cu atenție. Respectați condițiile de păstrare și funcționare descrise în secțiunea « Specificații tehnice »!
- Protejați-l împotriva:
 - apei și umezelii
 - temperaturilor extreme
 - impactului și căderii
 - murdăriei și prafului
 - razelor solare directe
 - căldurii și frigului
- Funcția acestui dispozitiv poate fi compromisă atunci când este utilizat în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice, cum ar fi telefoanele mobile sau instalațiile radio și recomandăm o distanță de cel puțin 1 m de la acestea (conform 60601-1-2 tabelul 5). În cazurile în care acest lucru este inevitabil, vă rugăm să verificați

dacă dispozitivul funcționează corespunzător înainte de utilizare.

- Nu folosiți aparatul într-un mediu RMN sau CT.
- Acest aparat nu este destinat pentru monitorizarea continuă.
- Nu sterilizați acest dispozitiv folosind autoclavare sau etilen oxid de sterilizare. Acest aparat nu este destinat sterilizării.
- În cazul în care instrumentul urmează a nu fi utilizat o perioadă mai lungă de timp, bateriile trebuie scoase.

 Aveți grijă să nu lăsați instrumentul nesupravegheat la îndemâna copiilor; unele părți componente sunt suficient de mici pentru a putea fi înghițite.

Aveți grijă, deoarece există risc de strangulare în cazul în care acest instrument este livrat cu cabluri sau tuburi.

 Utilizarea acestui dispozitiv nu este concepută ca un substitut pentru consultația la medicul dumneavoastră.

3. Descriere generală

Saturația cu oxigen indică procentul de hemoglobină în sângele arterial care este încărcat cu oxigen. Aceasta e un parametru foarte important pentru circulația sistemului

respirator. Multe boli respiratorii pot rezulta din saturația foarte mică cu oxigen în sângele uman.

Următorii factori pot reduce saturația de oxigen:

Disfuncția automată a unui organ de control cauzată de anestezie, traumatisme postoperatorii intensive, leziuni cauzate de unele examinări medicale. Aceste situații pot determina delir, astenie și vărsături. Prin urmare, este foarte important de știut care e saturația de oxigen a unui pacient astfel încât medicii să poată detecta problemele în timp util.

4. Modul de funcționare

Principiul acestui pulsoximetru de deget: O formulă matematică este stabilită prin utilizarea legii Lambert Beer conform caracteristicilor spectrului de absorbție a hemoglobinei dezoxigenate (Hb) și oxihemoglobinei (HbO₂) în zonele de roșu și zonele apropiate de infraroșu.

Modul de funcționare al acestui dispozitiv: Tehnologia de inspecție fotoelectrică a oxihemoglobinei este adoptată în conformitate cu tehnologia de scanare și înregistrare a capacitații pulsului, astfel încât două raze de diferențe lungimi de undă de lumină (660 nm roșu și 905 nm, aproape de lumina în infraroșu) pot fi focusate pe unghia umană printr-un senzor de prindere de tip deget. Un semnal de măsurare obținut de un element fotosensibil va

fi afișat pe ecran prin intermediul unui proces în circuitele electronice și microprocesor.

5. Instructiuni de utilizare

3. Introduceți bateriile aşa cum este descris în secțiunea «Introducerea bateriilor».
4. Introduceți un deget (cu unghia în sus, degetul arătător sau degetul mijlociu se recomandă) în spațiul destinat acestuia la dispozitiv. Aveți grijă să introduceți complet degetul astfel încât senzorii să fie complet acoperiți de deget.
5. Eliberați dispozitivul ca să-i permită să clampeze degetul.
6. Apăsați butonul Pornit/Oprit ① pentru a porni dispozitivul.
7. **Nu agitați degetul în timpul testului.** Este recomandat să nu vă mișcați corpul în timp ce faceți testul.
8. Valorile dumneavoastră vor apărea pe ecran peste câteva secunde.
9. Scoateți degetul din aparat.
10. Dispozitivul se va opri automat peste aproximativ 10 ± 2 secunde după ce degetul a fost scos din acesta.



Înălțimea graficului ④) indică rata pulsului și puterea semnalului. Înălțimea graficului trebuie să fie mai mare de 30% pentru o citire corectă.



Dispozitivul trebuie să fie capabil să măsoare pulsul în mod corespunzător pentru a obține o măsurare exactă SpO₂. Verificați dacă nimic nu împiedică măsurarea pulsului înainte de a porni măsurarea SpO₂.



Timpul maxim de aplicare pe un singur loc trebuie să fie mai mic de 30 de minute, pentru a se asigura alinierea corectă a senzorului și integritatea pielii.

Măsurători inexacte se pot afișa dacă:

- Pacientul suferă din cauza nivelerelor semnificative ale disfuncționalității hemoglobinei (cum ar fi carbonxyhemoglobină sau methemoglobină).
- Coloranți intravasculari cum ar fi indocianina verde sau albastrul de metilen au fost injectate pacientului.
- Este utilizat în prezența luminii ambiante puternice (de exemplu, lumina solară directă). Acoperiți zona senzorului cu un prosop chirurgical dacă este necesar.
- Este mișcare excesivă a pacientului.
- Pacientul prezintă pulsări venoase.
- Pacientul are hipotensiune arterială, vasoconstricție severă, anemie severă sau hipotermie.
- Pacientul este în stop cardiac sau în stare de şoc.
- Oja sau unghiile false sunt aplicate pe unghii.

6. Introducerea bateriilor

După ce despacetați dispozitivul, introduceți mai întâi bateriile. Compartimentul pentru baterii este situat în partea de jos a aparatului. Scoateți capacul bateriei glisând în direcția prezentată. Introduceți bateriile (2 x 1,5V, mărimea AAA), respectând polaritatea indicată.

Înlocuiți bateriile când indicatorul baterie descărcată ⑤ apare pe ecran.



Înlocuiți întotdeauna ambele baterii în același timp.

7. Buton On/OFF (pornit/oprit) / Buton funcție

Apăsați și eliberați butonul ON/OFF ① pentru a porni, țineți apăsat butonul timp de aproximativ o secundă. Dispozitivul afișează meniul de setări ⑩. Apăsați sau țineți apăsat butonul ON/OFF pentru a efectua operațiunile corespunzătoare. Țineți-l apăsat pentru a seta un element sau apăsați pentru a comuta o opțiune sau modul de afișare. Apăsați înseamnă nu mai mult de 0,5 secunde, iar țineți apăsat înseamnă mai mult de 0,5 secunde.

Setarea sunetului de alertă

Țineți apăsat butonul ON/OFF ① în timp ce dispozitivul este pornit. Se afișează meniu Setări (interfață 1) ⑩-a. Deplasați «*» la opțiunea corespunzătoare și țineți apăsat butonul funcțional pentru a seta Alert pe pornit și a dezactiva (off) opțiunea de semnal acustic (Beep). Când Alert este activată (on) și valorile măsurate ale saturăției oxigenului din sânge și ale pulsului depășesc limita superioară sau limita inferioară, dispozitivul emite un sunet de alertă. Când semnalul acustic (Beep) este activat (on), se va auzi un ticăit împreună cu bătăile pulsului în timpul măsurării frecvenței pulsului. Când simbolul «*» rămâne pe opțiunea Restaurare, țineți apăsat butonul funcțional pentru a restaura setările implicate.

Setare luminositate

Apăsați butonul ON/OFF ① pentru a selecta opțiunea Luminositate (Brightness) și apoi țineți apăsat butonul ON/OFF pentru a seta luminositatea la o valoare cuprinsă între 1 și 5. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât crește luminositatea ecranului.

Setarea intervalului de alertă

În meniul de setări (interfață 2) ⑩-b, apăsați butonul ON/OFF ① pentru a comuta între opțiuni. Pe această interfață, puteți seta limita superioară și limita inferioară a SpO₂ Alert și PR Alert. În timp ce simbolul «*» rămâne pe opți-

unea +/- țineți apăsat butonul funcțional pentru a seta opțiunea la + sau -.

În modul +, selectați opțiunea corespunzătoare și țineți apăsat butonul ON/OFF pentru a crește limita superioară sau inferioară; în modul -, țineți apăsat butonul ON/OFF pentru a reduce limita superioară sau inferioară. Mutati «*» la opțiunea ieșire (Exit) și țineți apăsat butonul ON/OFF pentru a reveni la interfața de monitorizare.

8. Modul de afișare

Atunci când dispozitivul este pornit, apăsați scurt butonul Pornit/Oprit ① pentru a comuta la un alt mod de afișare, pentru a selecta modul de afișare dorit ⑨. Există 6 moduri diferite de afișare. Setarea implicită este modul 1.

9. Utilizarea șnurului

1. Treceti capătul subtire al șnurului prin gaura de la capătul din spate al dispozitivului.
2. Treceti capătul mai gros al șnurului prin capătul filetat înainte de a strângă cât mai bine.

10. Disfuncționalități și remedii

Descriere	Problemă/Cauze posibile	Soluționări
SpO ₂ și rata pulsului nu se afișează în mod normal.	<ol style="list-style-type: none">1. Degetul nu este introdus corect.2. Valoarea SpO₂ a pacientului este prea mică pentru a fi măsurată.3. Este iluminare excesivă.	<ol style="list-style-type: none">1. Reîncercați introducerea degetului.2. și 3. Măsurăți de mai multe ori. Dacă determinați că produsul funcționează corect, consultați medicul.
SpO ₂ și rata pulsului apar instabile.	<ol style="list-style-type: none">1. Degetul s-ar putea să nu fie inserat profund destul.2. Mișcare excesivă a pacientului.	<ol style="list-style-type: none">1. Reîncercați introducerea degetului.2. Stați calm și încercați din nou.

11. Curățarea și dezinfecțarea

Utilizați un tampon cu alcool sau o cărpă înmormântată în alcool (izopropilic 70%) pentru a curăța siliconul care atinge degetul în interiorul dispozitivului. Curățați, de asemenea degetul, folosind alcool înainte și după fiecare test. Lăsați aparatul să se usuce bine înainte de utilizare.



Nu utilizați niciodată agenți de curățare abrazivi, diluantii sau benzen pentru curățare, și nu introduceți niciodată instrumentul în apă sau alte lichide de curățare.

12. Garanția

Acest instrument are o perioadă de **2 ani garanție** de la data achiziționării. Pe toată perioada garanției, Microlife va repara sau înlocui produsul defect gratuit.

Deschiderea sau modificarea instrumentului anulează garanția.

Următoarele sunt excluse din garanție:

- Costul transportului și riscul transportului.
- Deteriorări produse prin aplicarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
- Deteriorare produsă prin curgerea bateriilor
- Deteriorare produsă prin accident sau folosirea incorrectă.

- Material pentru ambalare/depozitare și instrucțiuni de utilizare.
- Verificări periodice și menenanță (calibrare).
- Accesorii și piesele supuse uzurii: Baterii.

Dacă aveți nevoie de service în garanție, vă rugăm să contactați vânzătorul produsului sau serviceul local Microlife. Puteți contacta serviceul local Microlife prin pagina noastră web - www.microlife.com/support

Compensarea este limitată la valoarea produsului. Garanția este acordată dacă produsul este returnat complet și însoțit de factura originală. Repararea sau înlocuirea în timpul garanției nu prelungește sau reînnoiește perioada de garanție. Drepturile și cererile legale ale consumatorului nu sunt limitate la această garanție.

13. Specificații tehnice

Tip: Pulsoximetru de deget OXY 210

Afișaj: Ecran OLED

Interval de afișare: Saturatie de oxigen: 35 - 100 %
Puls: 25 - 250 bpm

Rezoluție: Saturatie de oxigen: 1 %
Puls: 1 bpm

Precizie de măsurare:

Saturație de oxigen:
±2% (70 - 100%)
Nicio cerință: (≤ 69 %)
Puls: ± 2 bpm

Interval de alarmă:

Limita superioară: 50 - 100%
Limita inferioară: 50 - 100%

Saturatie de oxigen:

Limita superioară: 25 - 250 bpm
Limita inferioară: 25 - 250 bpm

Valoare puls:

Saturație de oxigen: ± 1 % din valoarea presetată
Rata pulsului: cea mai mare față de ± 10% din valoarea presetată și de ± 5 bpm
PI (Indicele de perfuzie)
PI slab min. 0.2 %

Condiții de funcționare:

5 - 40 °C / 41 - 104 °F
15 - 80 % umiditate relativă maximă

Condiții de păstrare:

-10 - +50°C / 14 - 122 °F
10 - 93 % umiditate relativă maximă

Orire automată:

Închidere automată după 10±2 secunde,
în cazul în care nu este detectată nici o mișcare.

Baterie: 2 baterii alcaline de 1,5V; format AAA

Durata de viață baterie: aprox. 30 ore (utilizare de baterii noi)

Greutate: 42.5 g (inclusiv baterile)

Dimensiuni: 62 x 37 x 32 mm

Clasa IP: IP22

Standarde de referință: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Durata de viață probabilă: 5 ani (în cazul utilizării de 15 ori/zi;
20 minute pentru fiecare măsurare)

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

- ① Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)
- ② Saturace kyslíkem (hodnota v procentech)
- ③ Tepová frekvence (počet tepů za minutu)
- ④ Sloupové zobrazení tepu
- ⑤ Indikátor vybité baterie
- ⑥ Vložení baterií
- ⑦ Připevnění šňůrky na krk
- ⑧ Princip fungování přístroje
- ⑨ Režimy zobrazení (6 různých režimů)
- ⑩ Nabídka Nastavení
 - a Rozhraní 1
 - b Rozhraní 2

Vážený zákazníku,
tentto Microlife pulzní oxymetr s měřením na prstě je
přenosný neinvazivní přístroj určený k okamžité kontrole
saturace arteriálního hemoglobinu kyslíkem (SpO_2) a
tepové frekvence u dospělých a dětských pacientů. Je
vhodný jak pro osobní použití (doma nebo na cestách), tak

pro použití ve zdravotnictví (nemocnice, porodnice). Byly
klinicky prokázány vysoké přesnosti při opakováném
používání.
Máte-li jakékoli otázky, problémy nebo chcete-li objednat
náhradní díly, kontaktujte prosím místní zákaznický servis
Microlife. Váš prodejce nebo lékárna Vám dají adresu
prodejce Microlife ve Vaší zemi. Alternativně můžete
navštívit webové stránky www.microlife.cz, kde naleznete
mnoho cenných informací o našich výrobcích.
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod a ucho-
vejte ho pro případnou budoucí potřebu.
Buďte zdrávi – Microlife AG!

Obsah

1. Vysvětlení symbolů
2. Důležité bezpečnostní pokyny
3. Obecný popis
4. Principy měření
5. Pokyny pro použití
6. Vložení baterií
7. Tlačítko ON/OFF / tlačítko Funkce
8. Režim zobrazení

- 9. Použití šňůrky na krk
- 10. Poruchy a možné příčiny
- 11. Čištění a dezinfekce
- 12. Záruka
- 13. Technické specifikace

1. Vysvětlení symbolů



Baterie a elektronické přístroje nutno
likvidovat v souladu s místními plat-
nými předpisy, nikoliv s domácím
odpadem.




Před použitím tohoto výrobku si
pečlivě přečtěte návod.




Přiložné části typu BF



IP22

% SpO₂

Výrobce



Indikátor vybité baterie

Sériové číslo

Chráněno proti kapající vodě

Autorizovaný zástupce v Evropské unii

Saturace kyslíkem (hodnota v procentech)

Tepová frekvence (počet tepů za minutu)

CE Označení shody

2. Důležité bezpečnostní pokyny

- Postupujte podle návodu k použití. Tento návod obsahuje důležité informace o chodu a bezpečnosti tohoto přístroje. Před používáním přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovějte jej pro další použití.
- Tento přístroj lze používat pouze pro účely popsané v této příručce. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

- Přístroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Při čištění postupujte podle pokynů uvedených v kapitole « Čištění a dezinfekce».
- Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si na něm všimnete čehokoli neobvyklého.
- Přístroj nikdy nerozebírejte.
- Tento přístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s ním zacházet opatrně. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsáne v oddíle «Technické specifikace»!
- Přístroj chráňte před:
 - vodou a vlhkostí,
 - extrémními teplotami,
 - nárazy a upuštěním na zem,
 - znečištěním a prachem,
 - přímým slunečním svitem,
 - teplem a chladem.
- Nepoužívejte přístroj blízko silných elektromagnetických polí, jako jsou mobilní telefony anebo rádiové zařízení. Dodržujte minimální vzdálenost 1 m od těchto zařízení, pokud používáte tento přístroj (podle normy 60601-1-2 tabulka 5). V případě nevyhnutelnosti si prosím před použitím ověřte, zda je přístroj funkční.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí magnetické rezonance nebo CT zařízení.

- Tento přístroj není určen k nepřetržitému monitorování.
- Tento přístroj není určen ke sterilizaci. Nesterilizujte ho ani pomocí autoklávu nebo etylen oxidu.
- Pokud se přístroj nebude používat delší dobu, vyjměte baterie.

 Dbejte na to, aby přístroj nepoužívaly děti bez dohledu; některé části jsou tak malé, že může dojít k jejich spolknutí. V případě, že je přístroj dodáván s kabelem či hadicí, hrozí nebezpečí uškrcení.

 Používání tohoto přístroje nelze považovat jako nahradu za konzultaci s vaším lékařem.

3. Obecný popis

Saturace kyslíkem označuje procento hemoglobinu v arteriální krvi, který je zásoben kyslíkem. To je velmi důležitý indikátor dýchací soustavy. Mnoho onemocnění dýchacích cest může vést k nižší saturaci lidské krve kyslíkem.

Následující faktory mohou zvýšit saturaci kyslíkem:

Automatická regulace orgánové dysfunkce způsobená anestezii, intenzivní pooperační trauma, zranění způsobené při lékařských vyšetřeních. Tyto situace mají za následek závratě, slabost a zvracení. Proto je velmi důle-

žité znát u pacienta saturaci kyslíkem, protože lékař může detekovat problém včas.

4. Principy měření

Princip prstového pulzního oxymetru: Matematickým vzorcem založeným na Lambert-Beerově zákoně, vyjadřujícím míru absorpce červeného a blízkého infračerveného záření je možné vypočítat množství neokysličeného hemoglobinu (Hb) a oxyhemoglobinu (HbO₂).

Princip činnosti oxymetru: Využívá se technologie vyhodnocování fotoelektrických vlastností oxyhemoglobinu ve spojení s technologií kapacitního snímání tepu a jeho zaznamenávání tak, že se nasazením oxymetru na prst zamíří dva světelné paprsky různé vlnové délky (660 nm červené světlo a 905 nm blízké infračervené záření) na konec nehtu. Naměřený signál získaný pomocí fotocitlivého prvku se po zpracování v elektronických obvodech a mikroprocesoru zobrazí na displeji.

5. Pokyny pro použití

3. Vložte baterie, jak je popsáno v části «Vložení baterií».
4. Vložte jeden prst (nehtem nahoru; doporučený je ukazováček nebo prostředníček) do otvoru pro vložení prstu do oxymetru. Ujistěte se, že prst je dostatečně vsunut tak, že snímače jsou zcela zakryty prstem.

5. Uvolněte klapku, aby se přístroj mohl přchytit na prst.
6. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF ①.
7. **Během měření netřete prstem.** Doporučuje se, abyste se během měření nehýbali.
8. Naměřené hodnoty se po několika sekundách zobrazí na displeji.
9. Vyberte prst z přístroje.
10. Přístroj se automaticky vypne asi po 10 ± 2 sekundách po vyjmutí prstu z přístroje.

 Výška sloupcového indikátoru ④ zobrazuje pulz a sílu signálu. Pro správné měření by výška sloupce měla být větší než 30 %.

 Přístroj musí být schopen přesně změřit pulz, aby přesně změřil SpO₂. Pro spolehlivý výsledek měření SpO₂ se proto přesvědčte, že nic nebrání změření pulzu.

 Maximální doba měření na jednom místě by měla být kratší než 30 minut, aby se zajistilo správné umístění senzoru a celistvost pokožky.

Nepřesná měření se mohou vyskytnout pokud:

- Pacient trpí výrazným množstvím dysfunkčního hemoglobinu (jako např. karboxyhemoglobin nebo metahemoglobin).

- Byly pacientovi intravenózně podané barviva jako indocyaninová zeleň nebo methylenová modř.
- Měření probíhá v přítomnosti silného okolního světla (např. přímé sluneční záření). Pokud je to nutné, zakryjte prostor senzoru rouškem.
- Pacient se nadměrně pohybuje.
- U pacienta dojde k žilní pulzaci.
- Má pacient nízký tlak, závažnou vazokonstrikci, těžkou anémii nebo je podchlazený.
- Má pacient srdeční zástavu nebo je v šoku.
- Pacient má nalakované nehty nebo má nalepené umělé nehty.

6. Vložení baterií

Po vybalení přístroje nejprve vložte baterie. Příhrádka na baterie se nachází na spodní straně přístroje. Odsuňte kryt baterie v směru šipky. Vložte baterie (2 x 1,5V, velikost AAA) a dávejte přitom pozor na vyznačenou polaritu.

 Když se na displeji zobrazí indikátor nízkého stavu nabité baterií **⑤**, vyměňte baterie.

 Vždy nahradte obě baterie současně.

7. Tlačítko ON/OFF / tlačítko Funkce

Stisknutím a uvolněním tlačítka ON/OFF **①** přístroj zapnete, podržte tlačítko asi jednu sekundu. Na přístroji se zobrazí nabídka nastavení **⑩**. Stisknutím nebo podržením tlačítka ON/OFF provedte příslušné úkony. Podržením nastavíte položku, zatímco stisknutím přepněte možnost nebo režim zobrazení. Stisknutí znamená max. 0,5 sekundy, zatímco podržení znamená déle než 0,5 sekundy.

Nastavení výstražného zvuku

Podržte tlačítko ON/OFF **①**, zatímco je přístroj zapnutý. Zobrazí se nabídka Nastavení (rozhraní 1) **⑩-a**. Přesuňte «*» na příslušnou možnost a podržením tlačítka funkce zapněte funkci **Alert** a vypněte funkci **Beep**. Pokud je funkce **Alert** zapnutá a naměřené hodnoty saturace krve kyslíkem a tepové frekvence přesahují horní nebo dolní limit, přístroj vydá výstražný zvuk. Pokud je zapnutá funkce **Beep**, během měření tepové frekvence se bude spolu s tepem ozývat tikot. Pokud se symbol «*» nachází u možnosti **Restore**, podržením funkčního tlačítka obnovíte výchozí nastav.

Nastavení jasu

Stisknutím tlačítka ON/OFF **①** vyberte možnost **Brightness** (Jas) a poté podržením tlačítka ON/OFF nastavte jas na hodnotu v rozsahu od 1 do 5. Čím je hodnota vyšší, tím větší je jas obrazovky.

Nastavení rozsahu výstrahy

Stisknutím tlačítka ON/OFF **①** v nabídce nastavení (rozhraní 2) **⑩-b** přepínejte mezi možnostmi. V tomto rozhraní můžete nastavit horní a dolní limit **SpO2 Alert PR Alert**. Pokud se symbol «*» nachází u možnosti +/-, podržte funkční tlačítko a nastavte možnost na + nebo -. Výběrem příslušné možnosti a podržením tlačítka ON/OFF v režimu + zvýšte horní nebo dolní limit; podržením tlačítka ON/OFF v režimu - snižte horní nebo dolní limit. Přesunutím «*» na možnost **Exit** a podržením tlačítka ON/OFF se vrátíte na monitorovací rozhraní.

8. Režim zobrazení

Když je přístroj vypnuty, stiskněte krátce tlačítko ON/OFF **①** pro přepnutí na jiný režim zobrazení podle vaší požadavky **⑨**. K dispozici je 6 různých režimů zobrazení. Standardně je nastaven režim 1.

9. Použití šňůrky na krk

- Provlékněte tenký konec šňůrky na krk přes závěsný otvor nacházející se na zadní straně přístroje.
- Provlékněte hrubší konec šňůrky přes očko a šňůru pevně utáhněte.

10. Poruchy a možné příčiny

Popis	Symtom/Možné příčiny	Řešení
SpO ₂ nebo tepová frekvence se nezobrazuje správně.	<ol style="list-style-type: none"> Prst není správně zasunut do přístroje. Úroveň pacientova SpO₂ je příliš nízká, aby se dala změřit. Nadměrné osvětlení při měření. 	<ol style="list-style-type: none"> Opakujte vložení prstu. a 3. Měření opakujte vícekrát. Pokud zjistíte, že přístroj funguje správně, poradte se s lékařem.

Popis	Symtom/Možné příčiny	Řešení	Popis	Symtom/Možné příčiny	Řešení
Zobrazení SpO ₂ nebo tepová frekvence je nestabilní.	<ol style="list-style-type: none"> Prst není zasunut dostatečně hluboko. Nadměrný pohyb pacienta. 	<ol style="list-style-type: none"> Opakujte vložení prstu. Klidně sedět a opakujte měření. 	Displej se náhle vypne.	<ol style="list-style-type: none"> Zařízení se automaticky vypne, když po 10 ± 2 sekundách není detekován žádný signál. Kapacita baterií je příliš nízká na provoz. 	<ol style="list-style-type: none"> Normální. Vyměňte baterie.

11. Čištění a dezinfekce

Bavlněným tamponem nebo gázou navlhčenou v alkoholu (70% isopropylalkohol) vyčistěte silikon, který se dotýká prstu uvnitř zařízení. Před každým měřením si pomocí tamponu a alkoholu očistěte testovaný prst. Před použitím nechte důkladně vyschnout.



K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, ředitlo nebo benzín a přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné čisticí kapaliny.

12. Záruka

Na tento přístroj se vztahuje záruka **2 roky** od data nákupu. Během této záruční doby společnost Microlife bezplatně opraví nebo vymění vadný produkt.

Záruka propadá v případě otevření nebo úprav přístroje.

Záruka se nevztahuje na:

- Dopravní náklady a rizika přepravy.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením návodu k použití.
- Škody způsobené vytokou baterií.
- Škody způsobené nehodou nebo nesprávným zacházením.
- Obaly / obalové materiály a návod k použití.
- Pravidelné kontroly a údržby (kalibrace).
- Příslušenství a spotřební materiál: baterie.

Pokud je potřebný záruční servis, kontaktujte prodejce, od kterého byl produkt zakoupen, nebo místní Microlife servis. Místní servis Microlife můžete kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky:

www.microlife.com/support.

Kompenzace je omezena na hodnotu produktu. Záruka bude poskytnuta, pokud bude produkt vrácen kompletní s původní fakturou (dokladem o zaplacení). Oprava nebo výměna v rámci záruky neprodlužuje ani neobnovuje

záruční lhůtu. Právní nároky a práva spotřebitelů nejsou touto zárukou omezena.

13. Technické specifikace

Typ:	Pulzní oxymetr s měřením na prstě OXY 210	Chyba výstřahy:	Saturace kyslíkem: $\pm 1\%$ z přednastavené hodnoty Tepová frekvence: vyšší hodnota z následujících hodnot – $\pm 10\%$ z přednastavené hodnoty a ± 5 tepů za minutu PI (index perfuze) Slabý PI Min. 0.2 %
Displej:	OLED displej	Provozní podmínky:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F max. relativní vlhkost 15 - 80 %
Rozsah zobrazení:	Saturace kyslíkem: 35 - 100 % Tepová frekvence: 25 - 250 bpm	Skladovací podmínky:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F max. relativní vlhkost 10 - 93 %
Rozlišení:	Saturace kyslíkem: 1 % Tepová frekvence: 1 bpm	Automatické vypnutí:	Automatické vypnutí po 10±2 sekundách, pokud je detekován slabý nebo žádný signál.
Přesnost měření:	Saturace kyslíkem: $\pm 2\%$ (70 - 100%) Žádný požadavek: ($\leq 69\%$) Tepová frekvence: ± 2 bpm	Baterie:	2 x 1,5 V alkalické baterie; velikost AAA cca. 30 hodin (při použití nových baterií)
Rozsah výstřahy:	Horní limit: 50 - 100% Dolní limit: 50 - 100%	Životnost baterie:	42,5 g (včetně baterií)
Saturace kyslíkem:		Hmotnost:	62 x 37 x 32 mm
Frekvence tepu:	Horní limit: 25 - 250 bpm Dolní limit: 25 - 250 bpm	Rozměry:	IP třída: IP22

Související normy: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Před-pokládaná životnost: 5 let (při použití 15 krát za den; 20 minut pro každé měření)

Práva na technické změny vyhrazena.

- ① Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
- ② Saturácia kyslíkom (hodnota v percentách)
- ③ Tepová frekvencia (počet tepov za minútu)
- ④ Stípcové zobrazenie tepu
- ⑤ Indikátor vybitej batérie
- ⑥ Vloženie batérií
- ⑦ Pripojenie šnúrky na krk
- ⑧ Princíp fungovania prístroja
- ⑨ Režimy zobrazenia (6 rôznych)
- ⑩ Ponuka nastavení
 - a Rozhranie 1
 - b Rozhranie 2

Vážený zákazník,
tentto Microlife pulzný oxymeter s meraním na prste je
prenosný neinvazívny prístroj určený na okamžitú kontrolu
saturácie arteriálneho hemoglobínu kyslíkom (SpO_2) a
tepovej frekvencie u dospelých a detských pacientov. Je
vhodný na osobné použitie (doma alebo na cestách), ako

aj na použitie v zdravotníctve (nemocnice, pôrodnice). Bolí
klinicky dokázané vysoké presnosť pri opakovanom použí-
vaní.

Ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo si chcete
objednať náhradné diely, kontaktujte prosím svoje zákaz-
nícke stredisko Microlife. Vás predajca alebo lekáreň Vám
poskytnú adresu distribútoru Microlife vo Vašej krajine.
Prípadne navštívte internetovú stránku www.microlife.sk,
kde môžete nájsť množstvo neoceniteľných informácií
o výrobku.
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod
a uschovajte ho pre prípadnú budúcu potrebu.
Zostaňte zdraví – Microlife AG!

Obsah

- 1. Vysvetlenie značiek
- 2. Dôležité bezpečnostné pokyny
- 3. Všeobecný popis
- 4. Princípy merania
- 5. Pokyny pre použitie
- 6. Vloženie batérií
- 7. Tlačidlo ON/OFF / Tlačidlo FUNKCIA

- 8. Režim zobrazenia
- 9. Použitie šnúrky na krk
- 10. Poruchy a možné príčiny
- 11. Čistenie a dezinfekcia
- 12. Záruka
- 13. Technické údaje

1. Vysvetlenie značiek



Batérie a elektronické prístroje sa
musia likvidovať v súlade s miestne
platnými predpismi, nie s domácom
odpadom.




Pred použitím zariadenia si pozorne
prečítajte návod.



Príložné časti typu BF.



IP22

% SpO₂

Výrobca

Indikátor vypiatej batérie

Sériové číslo

Ochrana proti kvapkajúcej vode

Autorizovaný zástupca v Európskej únii

Saturácia kyslíkom (hodnota v percentoch)

Tepová frekvencia (počet tepov za minútu)



Prevádzkové podmienky:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Skladovacie podmienky:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE 0482

CE Označenie o zhode

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

- Postupujte podľa návodu na použitie. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto prístroja. Pred používaním prístroja si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšie použitie.
- Tento prístroj sa môže používať iba na účely popísané v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.

- Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Pri čistení postupujte podľa pokynov uvedených v sekciu « Čistenie a dezinfekcia».
- Nepoužívajte prístroj, ak si myslíte, že je poškodený, alebo ak na ňom spozorujete niečo nezvyčajné.
- Nikdy prístroj nerozoberajte.
- Tento prístroj obsahuje citlivé súčiastky, preto je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Dodržujte podmienky skladovania a prevádzky popísané v kapitole «Technické údaje»!
- Prístroj chráňte pred:
 - vodou a vlhkostou
 - extrémnymi teplotami
 - nárazom a pádom
 - znečistením a prachom
 - priamym slnečným svetlom
 - teplom a chladom
- Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetic- kých polí, ako sú mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Dodržujte minimálnu vzdialenosť 1 m od týchto zariadení, ak používate prístroj (podľa normy 60601-1-2 tabuľka 5). V prípade nevyhnutnosti si prosím pred použitím overte, či je prístroj funkčný.
- Nepoužívajte prístroj v prostredí magnetickej rezonancie alebo CT zariadenia.

- Tento prístroj nie je určený na nepretržité monitorovanie.
- Tento prístroj nie je určený na sterilizáciu. Nesterilizujte ho ani pomocou autoklávu alebo etylén oxidu.
- Ak sa prístroj nebude používať dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie.

 Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehlnúť. Budte si vedomí rizika nehody v prípade, ak je prístroj dodávaný s káblami alebo hadičkami.

 Používanie tohto prístroja nie je možné považovať za náhradu konzultácie s lekárom.

3. Všeobecný popis

Saturácia kyslíkom označuje percento hemoglobínu v arte riálnej krvi, ktorý je zásobený kyslíkom. To je veľmi dôležitý indikátor dýchacej sústavy. Mnoho ochorení dýchacích ciest môže viesť k nižšej saturácii ľudskej krvi kyslíkom.

Nasledujúce faktory môžu znížiť saturáciu kyslíkom: Automatická regulácia orgánovej dysfunkcie spôsobená anestéziou, intenzívna pooperačná trauma, zranenia spôsobené pri lekárskych vyšetreniach. Tieto situácie majú

za následok závraty, slabosť a zvraťanie. Preto je veľmi dôležité poznať u pacienta saturáciu kyslíkom, lebo lekár môže detegovať problém včas.

4. Princípy merania

Princíp prstového pulzného oxymetra: Matematickým vzorcom založeným na Lambert-Beerovom zákone, vyjadrujúceho mieru absorpcie červeného a blízkeho infračervenej žiarenia je možné vypočítať množstvo neokysličného hemoglobínu (Hb) a oxyhemoglobínu (HbO₂).

Princíp činnosti oximetra: Využíva sa technológia využívajúca fotoelektrické vlastnosti oxyhemoglobínu v spojení s technológiou kapacitného snímania pulzu a jeho zaznamenávania tak, že sa priprutím oxymetra na prst zamieria dva svetelné lúče rôznej vlnovej dĺžky (660 nm červené svetlo a 905 nm blízke infračervené žiarenie) na konci prsta v nechtovej oblasti. Nameraný signál získaný pomocou fotocitlivého prvku sa po spracovaní v elektronických obvodoch a mikroprocesore zobrazí na displeji.

5. Pokyny pre použitie

3. Vložte batérie, ako je popísané v sekcií «Vloženie batérií».
4. Vložte jeden prst (nechom nahor; odporúčaný je ukazovák alebo prostredník) do otvoru pre vloženie

prsta do oxymetra. Uistite sa, že prst je dostatočne vsunutý tak, že snímače sú úplne zakryté prstom.

5. Uvoľnite klapku, aby sa prístroj mohol prichytiť na prst.
6. Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON/OFF ①.
7. **Počas merania netraste prstom.** Odporúča sa, aby ste sa počas merania nehýbali.
8. Namerané hodnoty sa po niekoľkých sekundách zobrazia na displeji.
9. Vyberte prst z prístroja.
10. Prístroj sa automaticky vypne po asi 10 ± 2 sekundách po vybratí prsta z prístroja.

 Výška stĺpcového indikátora ④ zobrazuje pulz a silu signálu. Pre správne meranie by výška stĺpca mala byť väčšia ako 30 %.

 Prístroj musí byť schopný presne zmerať pulz, aby presne zmeral SpO₂. Pre spoľahlivý výsledok merania SpO₂ sa preto presvedčte, že nič nebráni zmeraniu pulzu.

 **Maximálna doba merania na jednom mieste by mala byť kratšia ako 30 minút,** aby sa zabezpečila správna poloha senzora cez celistvost' pokožky.

Nepresné merania sa môžu vyskytnúť ak:

- Pacient trpí výrazným množstvom dysfunkčného hemoglobínu (ako napr. karboxyhemoglobin alebo methemoglobin).
- Boli pacientovi intravaskulárne podané farbivá ako indokyanínová zelená alebo metylénová modrá.
- Meranie prebieha v prítomnosti silného okolitého svetla (napr. priame slnečné žiarenie). Ak je to nevyhnutné, zakryte priestor senzora rúškom.
- Pacient sa nadmerne pohybuje.
- U pacienta dôjde k žilovej pulzácií.
- Pacient má nízky tlak, závažnú vazokonstriku, t'ažkú anému alebo je podchladený.
- Pacient má zástavanie srdca alebo je v šoku.
- Pacient má nalakované nechty alebo má nalepené umelé nechty.

6. Vloženie batérií

Po odbalení vášho zariadenia najskôr vložte batérie. Priehradka na batérie sa nachádza na spodnej strane prístroja. Odsuňte kryt batérie v smere šípky. Vložte batérie (2 x 1,5 V, veľkosť AAA), dodržujte uvedenú polaritu.

 Keď sa na displeji zobrazí indikátor nízkeho stavu nabitia batérií **⑤**, vymeňte batérie.



Vždy nahraďte obe batérie súčasne.

7. Tlačidlo ON/OFF / Tlačidlo FUNKCIA

Stlačením a uvoľnením vypínača **①** zapnite, podržte tlačidlo asi jednu sekundu. Zariadenie otvorí ponuku nastavení **⑩**. Stlačením alebo podržaním vypínača vykonáte nasledujúce postupy. Podržaním nastavíte položku alebo stlačením prepnete možnosť či prepnete režim zobrazenia. Stlačenie znamená maximálne 0,5 sekundy, podržanie viac než 0,5 sekundy.

Nastavenie zvuku výstrahy

Podržte vypínač **①**, keď je zariadenie zapnuté. Otvorí sa ponuka nastavení (rozhranie 1) **⑩-a**. Presuňte «*» na príslušnú možnosť a podržaním funkčného tlačidla zapnite položku **Alert** a vypnite položku **Beep** (Pípanie). Keď je **Alert** zapnutý a namerané hodnoty saturácie krvi kyslíkom a tepovej frekvencie prekročia horný alebo spodný limit, zariadenie vydá výstražný zvukový signál. Keď je funkcia **Beep** (Pípanie) zapnutá, ozve sa s každým úderom srdca v priebehu merania tepovej frekvencie zvuk. Kým bude symbol «*» na možnosti **Restore** (Obnoviť), podržaním funkčného tlačidla obnovíte východiskové nastavenia.

Nastvenie jasu

Vypínačom **①** zvolte možnosť **Brightness** (Jas) a podržaním vypínača nastavte jas na hodnotu v rozmedzí 1 až 5. Čím vyššia hodnota, tým silnejší jas obrazovky.

Nastavenie rozsahu výstrah

V ponuke nastavení (rozhranie 2) **⑩-b** prepnite vypínačom **①** medzi možnosťami. V tomto rozhraní môžete nastaviť horný a spodný limit alarma **SpO2 Alert** a **PR Alert**. Kým bude symbol «*» na možnosti +/-, podržaním funkčného tlačidla nastavte možnosť na + alebo -. V režime + zvolte príslušnú možnosť a podržaním vypínača zvýšte horný alebo spodný limit; v režime - znížte podržaním vypínača horný alebo spodný limit. Presuňte «*» na možnosť **Exit** (Koniec) a podržaním vypínača sa vráťte na monitorovacie rozhranie.

8. Režim zobrazenia

Keď je prístroj zapnutý, stlačte krátko tlačidlo **ON/OFF** **①** na prepnutie na iný režimu zobrazenia podľa vašej požiadavky **⑨**. K dispozícii je 6 rôznych režimov zobrazenia. Štandardne je nastavený režim 1.

9. Použitie šnúrky na krk

- Prevlečte tenký koniec šnúrky na krk cez závesný otvor nachádzajúci sa na zadnej strane prístroja.
- Prevlečte hrubší koniec šnúrky cez očko a šnúrku pevne utiahnite.

10. Poruchy a možné príčiny

Popis	Symptóm/Možné príčiny	Riešenie
SpO ₂ alebo pulzová frekvencia sa nezobrazuje správne.	<ol style="list-style-type: none"> Prst nie je správne vsunutý do prístroja. Úroveň pacientovho SpO₂ je príliš nízka, aby sa dala zmerať. Nadmerné osvetlenie pri meraní. 	<ol style="list-style-type: none"> Zopakujte vloženie prsta. a 3. Meranie zopakujte viac krát. Ak zistíte, že prístroj funguje správne, poradte sa s lekárom.

Popis	Symptóm/Možné príčiny	Riešenie
Zobrazenie SpO ₂ alebo pulzovej frekvencie je nestabilné.	<ol style="list-style-type: none"> Prst nie je vsunutý dostačne hlboko. Nadmerný pohyb pacienta. 	<ol style="list-style-type: none"> Zopakujte vloženie prsta. Pokojne sediet a zopakovať meranie.
Prístroj sa nedá zapnúť.	<ol style="list-style-type: none"> Nie sú vložené batérie alebo nízka kapacita batérií. Batérie nie sú vložené správne. Prístroj môže byť poškodený. 	<ol style="list-style-type: none"> Vymeňte batérie. Vyberte a znova vložte batérie. Kontaktujte lokálne zákaznícke stredisko Microlife.

Popis	Symptóm/Možné príčiny	Riešenie
Displej sa náhle vypne.	<ol style="list-style-type: none"> Zariadenie sa automaticky vypne, keď po 10±2 sekundách nie je detegovaný žiadny signál. Kapacita batérií je príliš nízka na prevádzku. 	<ol style="list-style-type: none"> Normálne. Vymeňte batérie.

11. Čistenie a dezinfekcia

Bavlneným tampónom alebo gázou navlhčenou v alkohole (70 % izopropylalkohol) vyčistite silikón, ktorého sa dotýka prst vo vnútri zariadenia. Tiež očistite pomocou alkoholu testovaný prst pred a po každej skúške. Nechajte dôkladne vyschnúť pred použitím.



Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlo alebo benzín a prístroj nikdy neponárajte do vody alebo inej čistiacej kvapaliny.

12. Záruka

Na prístroj sa vzťahuje **záručná doba 2 roky**, ktorá plynie od dátumu jeho kúpy. Počas tejto záručnej doby spoločnosť Microlife bezplatne opraví alebo vymení chybný produkt.

Neodborné rozobratie prístroja alebo výmena súčiastok v prístroji ruší platnosť záruky.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Dopravné náklady a riziká prepravy.
- Škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním návodu na použitie.
- Škody spôsobené vytečenou batériou.
- Škody spôsobené nehodou alebo nesprávnym zaobchádzaním.
- Obaly / obalové materiály a návod na použitie.
- Pravidelné kontroly a údržby (kalibrácia).
- Príslušenstvo a spotrebny materiál: batérie.

Ak je potrebný záručný servis, kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený alebo miestny servis Microlife. Miestny servis Microlife môžete kontaktovať prostredníctvom našej webovej stránky: www.microlife.com/support.

Kompenzácia je obmedzená na hodnotu produktu. Záruka bude poskytnutá, iba ak bude produkt vrátený kompletný s pôvodnou faktúrou (dokladom o zaplatení). Oprava alebo

výmena v rámci záruky nepredĺžuje ani neobnovuje záručnú dobu. Právne nároky a práva spotrebiteľov nie sú obmedzené touto zárukou.

13. Technické údaje

Typ:	Pulzný oxymeter s meraním na prste OXY 210
Displej:	OLED displej
Rozmedzie zobrazenia:	Saturácia kyslíkom: 35 - 100 % Tepová frekvencia: 25 - 250 bpm
Rozlišenie:	Saturácia kyslíkom: 1 % Tepová frekvencia: 1 bpm
Presnosť merania:	Saturácia kyslíkom: ±2% (70 - 100%) Bez požiadaviek: (≤ 69 %) Tepová frekvencia: ± 2 bpm
Rozsah výstrah: Saturácia kyslíkom:	Horný limit: 50 - 100% Spodný limit: 50 - 100%
Frekvencia tepu:	Horný limit: 25 - 250 bpm Spodný limit: 25 - 250 bpm

Výstražná chyba:

Saturácia kyslíkom: ± 1 % prednastavenej hodnoty	Tepová frekvencia: viac než ± 10 % prednastavenej hodnoty ± 5/min
PI (perfúzny index)	Slabý PI min. 0.2 %
Prevádzkové podmienky:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F 15 - 80 % maximálna relativná vlhkosť
Skladovacie podmienky:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F maximálna relativná vlhkosť 10 - 93 %
Automatické vypnutie:	Automatické vypnutie po 10±2 sekundách, ak je detegovaný slabý alebo žiadny signál.
Batéria:	2 x 1,5 V alkalické batérie; rozmer AAA
Životnosť batérií:	približne 30 hodín (pri použití nových batérií)
Hmotnosť:	42,5 g (vrátane batérii)
Rozmery:	62 x 37 x 32 mm
IP trieda:	IP22

Odkaz na normy: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Pred-pokladaná životnosť: 5 rokov (pri použití 15 krát/deň,
20 minút pre každé meranie)

Zmena technickej špecifikácie vyhradená.

- ① Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
- ② Nasičenost s kisikom (v odstotkih)
- ③ Srčni utrip (v udarcih na minuto)
- ④ Lestvica za utrip
- ⑤ Prikaz stanja baterije
- ⑥ Namestitev baterij
- ⑦ Nameščanje nosilne vrvice
- ⑧ Načelo delovanja
- ⑨ Načini prikaza (6 načinov)
- ⑩ Meni z nastavitevami
 - a Vmesnik 1
 - b Vmesnik 2

Spoštovana stranka,
ta pulzni oksimetro Microlife je prenosljiva neinvazivna
naprava, ki je namenjena za merjenje nasičenosti s kisikom
arterijskega hemoglobina (SpO_2) in srčni utrip pri odraslih
in otrocih. Primeren je za zasebno uporabo (doma ali na
poti) ter za uporabo v zdravstvu (bolnišnice, zdravstveni

domovi). Visoka natančnost naprave je bila klinično dokazana med ponavljajočimi meritvami.

Če imate kakršnakoli vprašanja, težave, če želite naročiti rezervne dele, o tem obvestite vašega lokalnega predstavnika za izdelke Microlife. Vaš prodajalec ali lekarna vam bosta posredovala naslov prodajalca izdelkov Microlife v vaši državi. Lahko pa obiščete tudi našo spletno stran www.microlife.com, kjer so vam na voljo vse informacije o naših izdelkih.

Ta navodila shranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili.

Ostanite zdravi – Microlife AG!

Vsebina

- 1. Razlaga simbolov
- 2. Pomembna varnostna navodila
- 3. Splošen opis
- 4. Princip merjenja
- 5. Navodila za uporabo
- 6. Namestitev baterij
- 7. Gumb ON/OFF / funkcijski gumb
- 8. Način zaslona

- 9. Uporaba nosilne vrvice
- 10. Okvare in ustrezeni ukrep
- 11. Čiščenje in razkuževanje
- 12. Garancija
- 13. Tehnične specifikacije

1. Razlaga simbolov



Baterije in elektronske naprave je potrebno odstranjevati v skladu z lokalnimi predpisi in ne spadajo med gospodinjske odpadke.



Pred uporabo natančno preberite navodila.



Tip BF



Proizvajalec



Prikaz stanja baterije



Serijska številka



Zaščiteno pred kapljajočo vodo




Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti



Nasičenost s kisikom (v odstotkih)



Srčni utrip (v udarcih na minuto)



Delovni pogoji:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F

Shranjevanje:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE 0482

Oznaka za skladnost CE

- Naprave ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino. Pri čiščenju upoštevajte navodila, navedena v poglavju « Čiščenje in razkuževanje».
- Naprave ne uporabljajte, če menite, da je poškodovana ali če ste opazili kaj neobičajnega.
- Naprave ne odpirajte.
- Naprava vsebuje občutljive komponente, zato je potrebno z njo ravnati skrbno. Upoštevajte navodila za shranjevanje in delovanje, ki so opisana v poglavju « Tehnične specifikacije»!
- Napravo ščitite pred:
 - vodo in vlago,
 - ekstremnimi temperaturami,
 - udarci in padci,
 - umazanijo in prahom
 - neposredno sončno svetlubo,
 - vročino in mrazom.
- Delovanje te naprave je lahko moteno zaradi močnih elektromagnetnih polj, ki jih povzročajo mobilni telefoni ali radiji, zato priporočamo, da je naprava od njih oddaljena najmanj 1 meter (skladno z 60601-1-2, tabela 5). V primerih, ko to ni mogoče, pred uporabo naprave preverite, če pravilno deluje.
- Naprave ne uporabljajte v bližini naprav MRI ali CT.
- Ta naprava ni namenjena za stalni nadzor.

- Naprave ne sterilizirajte z avtoklaviranjem ali etilenskim ksidom. Ta naprava ni primerna za sterilizacijo.
- Odstranite baterije, če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa.

 Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo; nekatere komponente so zelo majhne in jih lahko zaužijejo. Če je napravi priložen tudi kabel ali cevka, vas opozarjam na nevarnost zadušitve.

 Uporaba te naprave ni nadomestilo za posvet z zdravnikom.

3. Splošen opis

Nasičenost s kisikom označuje odstotek hemoglobina v arterijski krvi, ki je napolnjen s kisikom. To je zelo pomemben parameter za prekravavitev dihal. Mnoge bolezni dihal lahko povzročijo nižjo nasičenost s kisikom v človeški krvi.

Naslednji dejavniki lahko znižajo nasičenost s kisikom: samodejno organska regulacijska motnja, ki jo povzročijo anestezija, intenzivna po-operativna travma, poškodbe zaradi določenih zdravstvenih pregledov. Te situacije lahko povzročijo omotico, astenijo in bruhanje.

Zato je zelo pomembno poznati nasičenost s kisikom bolnika, da zdravniki lahko pravočasno zaznajo težave.

4. Princip merjenja

Princip delovanja naprstnega pulznega oksimetra: izkustvena formula obdelave podatkov temelji na uporabi Lambert-Beerovega zakona o spektralnih absorpcijskih lastnostih deoksigeniranega hemoglobina (Hb) in oksihemoglobina (HbO₂) v vidnih in bližnjih infrardečih področjih svetlobe.

Princip delovanja instrumenta: je fotoelektrična tehnologija ugotavljanja oksihemoglobina, ki je združena s tehnologijo skeniranja in snemanja pulza, tako da sta dva žarka z različno valovno dolžino svetlobe (660 nm vidna in 905 nm infrardeča) prek ustrezne naprstne senzorske pripomke fokusirana na vrh človekovega nohta. Ta merilni signal, ki ga sprejme element, občutljiv za svetlubo, se prikaže na zaslonu z elektronskim postopkom in mikroprocesorjem.

5. Navodila za uporabo

3. Vstavite bateriji, kot je opisano v razdelku «Namestitev baterij».
4. Vstavite en prst (noht naj bo na zgornji strani; priporočamo, da vstavite kazalec ali sredinec) v odprtino za

prst na napravi. Prepričajte se, da je prst popolnoma vstavljen, da pokrije celotne senzorje.

5. Sprostite napravo, pri čemer naj se oprime prsta.
6. Za vklop naprave pritisnite gumb vklop/izklop ①.
7. **Med meritvijo ne tresite prsta.** Priporočamo, da med meritvijo prav tako ne premikate telesa.
8. Izmerjena vrednost se na zaslonu prikaže v nekaj sekundah.
9. Odstranite prst z naprave.
10. Naprava se samodejno izklopi pribl. 10±2 sekund po tem, ko prst odstranite iz naprave.

 Višina grafične lestvice ④ označuje srčni utrip in moč signal. Za ustrezno meritve mora biti lestvica večja od 30%.

 Naprava mora ustrezno izmeriti srčni utrip, da lahko izvede natančno meritve SpO₂. Prepričajte se, da nič ne ovira meritve, preden se zanašate na rezultat meritve SpO₂.

 Za zagotavljanje pravilne poravnave senzorjev in neokrnjenost kože **najdaljši čas uporabe na enem mestu ne sme presegati 30 minut**.

Rezultati meritve so lahko netočni v naslednjih primerih:

- Bolnik ima visoko raven disfunkcionalnega hemoglobina (npr. karboksihemoglobin ali metemoglobin).
- V bolnika so bili injicirani intravenski kontrasti, npr. zeleni indocianin ali modri metilen.
- Ob uporabi pri močni svetlobi (npr. na neposredni sončni svetlobi). Območje senzorja zaščitite s kirurško krpo, če je potrebno.
- Bolnik se preveč premika.
- Bolnik ima pulzacijo ven.
- Bolnik ima hipotenzijo, resno obliko vazokonstrikcije, hujšo anemijo ali hipotermijo.
- Bolnik je v zastoj ali je v šoku.
- Ob uporabi laka za nohte ali umetnih nohtov.

6. Namestitev baterij

Ko odstranite embalažo, v napravo najprej vstavite baterije. Prostor za baterije je na dnu merilnika. Odstranite pokrov prostora za baterije tako, da ga potisnete v prikazani smeri. Vstavite bateriji (2 x 1,5V baterija AAA), in upoštevajte ustrezno polarnost.

 Bateriji zamenjajte, če se na zaslonu prikaže simbol za prazno baterijo ⑤.



Obe bateriji vedno zamenjajte hkrati.

7. Gumb ON/OFF / funkcijski gumb

Pritisnite in spustite gumb ON/OFF ①, da vklopite napravo; gumb držite približno eno sekundo. Naprava prikaže meni z nastavivami ⑩. Pritisnite ali držite gumb ON/OFF, da izvedete ustrezne postopke. Držite gumb, da nastavite element ali ga pritisnite, da preklopite možnost ali preklopite način prikaza. Pritisnite pomeni največ 0,5 sekunde, medtem ko držite pomeni več kot 0,5 sekunde.

Nastavitev zvoka opozorila

Držite gumb za ON/OFF ①, ko je naprava vklopljena. Prikaže se meni z nastavivami (vmesnik 1) ⑩-a. Premaknite znak «*» na ustrezno možnost in pridržite funkcijski gumb, da vklopite možnost **Alert** (Opozorilo) in izklopite **Beep** (Zvočni signal). Ko je alarm vklopljen in izmerjene vrednosti nasičenosti krvi s kisikom in pulza presežejo zgornjo ali spodnjo mejo, naprava sproži opozorilni zvok. Ko je zvočni signal vklopljen, se med merjenjem pulza v ritmu sprožajo zvoki. Ko je simbol «*» ostane na možnosti **Restore** (Obnovi), pridržite funkcijski gumb, da obnovite privzete nastavitev.

Nastavitev svetlosti

Pritisnite gumb ON/OFF ① da izberete možnost **Brightness** (Svetlost), nato pa držite gumb ON/OFF, da nastavite svetlost na vrednost od 1 do 5. Večja kot je vrednost, večja je svetlost zaslona.

Nastavitev razpona opozorila

V meniju nastavitev (vmesnik 2) ⑩-b, pritisnite gumb za ON/OFF ①, da preklopite med možnostmi. V tem vmesniku lahko nastavite zgornjo in spodnjo mejo **SpO2 Alert** (Opozorilo SpO₂) in **PR Alert**. (Opozorilo PR). Ko je simbol «*» ostane na možnosti +/-, pridržite funkcijski gumb, da nastavite možnost na + ali -.

V načinu + izberite ustrezno možnost in pridržite gumb ON/OFF, da povečate zgornjo ali spodnjo mejo; v načinu - držite gumb za ON/OFF, da zmanjšate zgornjo ali spodnjo mejo. Premaknite «*» na možnost **Exit** (Izhod) in držite gumb ON/OFF, da se vrnete v nadzorni vmesnik.

8. Način zaslona

Ko je naprava vključena, na hitro pritisnite gumb vklop/izklop ①, da spremenite način zaslona, kjer lahko izberete želeni način zaslona ⑨. Na voljo je 6 različnih načinov zaslona. Privzeta nastavitev je način 1.

9. Uporaba nosilne vrvice

1. Tanjši konec nosilne vrvice povlecite skozi štrlečo odprtino na zadnji strani naprave.
2. Debelejši konec nosilne vrvice pa povlecite skozi že vstavljeni konec, preden jo dobro zategnete.

10. Okvare in ustrezní ukrep

Opis	Simptomi/možni vzroki	Rešitve
SpO ₂ ali srčni utrip se ne prikažeta normalno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prst ni pravilno vstavljen. 2. Vrednost SpO₂ pri bolniku je prenizka, da bi jo naprava izmerila. 3. Osvetlitev je premočna. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovno vstavite prst. 2. in 3. Izmerite večkrat. Če ugotovite, da izdelek deluje pravilno, se posvetujte z zdravnikom.

Opis	Simptomi/možni vzroki	Rešitve	Opis	Simptomi/možni vzroki	Rešitve
Nestabilen prikaz SpO ₂ ali srčnega utripa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prst mogoče ni zadostni vstavljen. 2. Bolnik se preveč premika. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovno vstavite prst. 2. Sedite mirno in ponovite meritev. 	Zaslon se nenadoma izključi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naprava se samodejno izključi, ko po 10±2 sekundah ne zaznava signal. 2. Bateriji sta skoraj prazni, zato naprava ne more delovati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normalno. 2. Zamenjajte bateriji.
Naprave ni mogoče vključiti.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ni baterij ali pa sta izpraznjeni. 2. Bateriji nista pravilno vstavljeni. 3. Naprava je poškodovana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamenjajte bateriji. 2. Odstranite in ponovno namestite bateriji. 3. Obrnite se na lokalno servisno službo Microlife. 			

11. Čiščenje in razkuževanje

Uporabite alkoholno ali bombažno krpico, namočeno v alcohol (70 % izopropil), da očistite silikon, ki se dotika prsta znotraj naprave. Prav tako z alkoholom pred in po vsaki meritvi očistite prst, ki ga boste uporabili za meritev. Pred uporabo počakajte, da se naprava popolnoma posuši.



Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, razredčil ali benzola, prav tako ne potapljaljte naprave v vodo ali druge čistilne tekočine.

12. Garancija

Za to napravo velja **2-letna garancija** od dneva nakupa. V tem garancijskem obdobju bo po naši presoji Microlife brezplačno popravil ali zamenjal pokvarjen izdelek. Garancija ne velja, če napravo odprete ali jo kakorkoli spremojte.

Naslednji elementi so izključeni iz garancije:

- Transportni stroški in nevarnosti prevoza.
- Škoda zaradi napačne uporabe ali neupoštevanja navodil za uporabo.
- Poškodbe zaradi puščanja baterij.
- Škoda zaradi nesreče ali zlorabe.
- Embalažni / skladiščni material in navodila za uporabo.
- Redni pregledi in vzdrževanje (umerjanje).
- Dodatki in potrošni material: Baterija.

Če potrebujete garancijsko storitev, se obrnite na prodajalca, od koder je bil izdelek kupljen, ali na vaš lokalni Microlife servis. Na lokalno storitev Microlife se lahko obrnete preko našega spletnega mesta: www.microlife.com/support

Nadomestilo je omejeno na vrednost izdelka. Garancija se odobri, če se celoten izdelek vrne z originalnim računom. Popravilo ali zamenjava znotraj garancije ne podaljša ali obnovi garancijske dobe. Pravni zahtevki in pravice potrošnikov s to garancijo niso omejeni.

13. Tehnične specifikacije

Tip:	Naprstni pulzni oksimeter OXY 210
Zaslon:	Zaslon OLED
Območje prikaza:	Nasičenost s kisikom: 35 - 100 % Srčni utrip: 25 - 250 bpm
Resolucija:	Nasičenost s kisikom: 1 % Srčni utrip: 1 bpm
Natančnost merjenja:	Nasičenost s kisikom: ±2% (70 - 100%) Brez zahteve: (\leq 69 %) Srčni utrip: ± 2 bpm
Razpon opozorila:	Zgornja meja: 50 - 100% Spodnja meja: 50 - 100%
Nasičenost s kisikom:	
Srčni utrip:	Zgornja meja: 25 - 250 bpm Spodnja meja: 25 - 250 bpm

Napaka opozorila:	Nasičenost s kisikom: ± 1 % prednastavljene vrednosti Srčni utrip: ± 10% prednastavljene vrednosti ali ± 5 utripov na minuto, kar je večje PI (indeks perfuzije) Šibek PI min. 0.2 %
Delovni pogoji:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F 15 - 80 % najvišja relativna vlažnost
Shranjevanje:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F 10 - 93 % najvišja relativna vlažnost
Samodejni izklop:	Samodejni izklop po 10±2 sekundah, ko naprava ne zazna signal ozioroma je signal slab.
Baterija:	2 x 1,5V alkalna baterija AAA
Življenska doba baterije:	pribl. 30 ur (nova baterija)
Teža:	42.5 g (z baterijami)
Dimenzijs:	62 x 37 x 32 mm
Razred IP:	IP22

Referenčni standard: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Servisna življenska doba: 5 let (ob uporabi 15-krat na dan, 20 minut na meritev)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

- ① Dugme ON/OFF (uključi/isključi)
- ② Saturacija kiseonikom (vrednost u procentima)
- ③ Srčana frekvencija (vrednost izražena u otkucajima po minutu)
- ④ Dijagram pulsa
- ⑤ Indikator za oslabljenu bateriju
- ⑥ Postavljanje baterija
- ⑦ Postavljanje priveska
- ⑧ Način rada
- ⑨ Mogućnosti za prikazivanje rezultata (6 različitih)
- ⑩ Meni sa podešavanjima
 - a Interfejs 1
 - b Interfejs 2

Poštovani korisniče,
Ovaj Microlife pulsni oksimetar za jagodicu prsta je
prenosiv, neinvazivni uređaj namenjen za brzu proveru
saturacije kiseonikom arterijskog hemoglobina (SpO_2) i
srčane frekvencije, kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata.

Pogodan je za ličnu upotrebu (kod kuće ili na putu) kao i za
upotrebu u zdravstvenim ustanovama (bolnicama i drugim
ustanovama bolničkog tipa). Klinički je dokazana visoka
preciznost pri ponovljenim merenjima.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja, probleme ili želite da
naručite rezervne delove, molimo kontaktirajte Vaš lokalni
Microlife – Uslužni servis. Vaš prodavac ili apoteka će Vam
dati adresu Microlife dobavljača u Vašoj zemlji. Kao
alternativa, možete da posetite internet sajt
www.microlife.com, gde ćete naći mnoštvo dragocenih
informacija o našim proizvodima.
Držite uputstva na sigurnom mestu, radi naknadnih
informacija.
Ostanite zdravo – Microlife AG!

Sadržaj

- 1. Objasnjenje značenja simbola
- 2. Važna bezbednosna uputstva
- 3. Opšte karakteristike
- 4. Metod merenja
- 5. Smernice za upotrebu
- 6. Postavljanje baterija

- 7. Dugme ON/OFF / funkcionsko dugme
- 8. Prikaz podataka na ekranu
- 9. Upotreba priveska
- 10. Problemi i njihovo rešavanje
- 11. Čišćenje i dezinfekcija
- 12. Garancija
- 13. Tehničke specifikacije

1. Objasnjenje značenja simbola



Baterije i električni aparati moraju biti
uklonjeni u skladu sa lokalnim
važećim pravilima, ne sa otpadom iz
domaćinstva.



Pre upotrebe pažljivo pročitajte
uputsvo.



Tip BF



IP22



% SpO₂

♥ /Min

Proizvođač

Indikator za oslabljenu bateriju

Serijski broj

Zaštićen od kapanja vode

Ovlašćeni predstavnik za Evropsku uniju

Saturacija kiseonikom (vrednost u procentima)

Srčana frekvenca (vrednost izražena u otkucajima po minutu)



CE 0482

CE oznaka usklađenosti

2. Važna bezbednosna uputstva

- Pratite uputstvo za upotrebu. Ovaj dokument sadrži važne bezbednosne informacije, kao i informacije o načinu rada uređaja. Detaljno pročitajte ovaj dokument pre upotrebe uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ovaj uređaj se može koristiti isključivo u svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala neadekvatnom upotrebljom.

- Nikad ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Za čišćenje molimo pratite uputstvo u delu « Čišćenje i dezinfekcija ».
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ukoliko smatrate da je oštećen ili primetite nešto neobično.
- Nikada nemojte otvarati ovaj uređaj.
- Ovaj uređaj sadrži osetljive komponente i sa njim se mora oprezno rukovati. Pogledati čuvanje i uslove rada opisane u delu « Tehničke specifikacije ».
- Zaštitite ga od:
 - vode i vlage
 - ekstremnih temperatura
 - udara i padova
 - prljavštine i prašine
 - direktnе sunčeve svetlosti
 - topote ili hladnoće
- Pravilan rad ovog uređaja može biti narušen ukoliko ga koristite u blizini jakih elektromagnetskih polja, kao što je mobilni telefon ili radio instalacije, zato se preporučuje rastojanje od 1 m (u skladu sa direktivom 60601-1-2 tabela 5). Ukoliko procenite da je ovakva upotreba neizbežna, proverite da li uređaj pravilno radi pre upotrebe.
- Ne koristite uređaj u MRI ili CT okruženju.
- Ovaj uređaj nije namenjen za kontinuirano praćenje.

- Ne sterilišite ovaj uređaj autoklaviranjem ili sterilizacijom etilen-oksidom. Ovaj uređaj nije predviđen za sterilizaciju.
- Ukoliko aparat nećete koristiti duži period, baterije treba izvaditi.



Obezbedite da deca ne koriste ovaj uređaj bez nadzora; pojedini delovi su dovoljno mali da mogu biti прогутани. Obratite pažnju na postojanje rizika od davljenja u slučaju da uređaj poseduje kablove ili cevi.



Nije predviđeno da se ovaj uređaj koristi kao zamena za konsultacije sa lekarom.

3. Opšte karakteristike

Saturacija kiseonikom ukazuje na procenat hemoglobina u arterijskoj krvi koji je zasićen kiseonikom. Ovo je izuzetno važan parametar za sistem plućne cirkulacije. Mnoge respiratorne bolesti mogu dovesti do snižene saturacije kiseonikom u krvi.

Sledeći faktori mogu smanjiti saturaciju kiseonikom:

Automatska regulacija disfunkcije organa izazvana anestezijom, intenzivna postoperativna trauma, povrede izazvane medicinskom dijagnostikom. Ove situacije mogu

pratiti blaga ošamućenost, astenija i povraćanje. Dakle, veoma je važno znati kakva je saturacija kiseonikom kod pacijenta, kako bi lekari mogli da detektuju problem pravovremeno.

4. Metod merenja

Princip rada pulsнog oksimetra za jagodicu prsta:

Matematička formula je izvedena iz Lamber - Berovog zakona vezanog za absorpcione karakteristike dezoksiigenisanog hemoglobin (Hb) i oksihemoglobina (HbO_2) u crvenoom i blisko – infracrvenom delu spektra.

Način rada uređaja: Koristi se tehnologija fotoelektričnog ispitivanja oksi hemoglobina u kombinaciji sa tehnologijom kapacitetnog skeniranja i snimanja pulsa, tako da se dva zraka svetlosti različite talasne dužine (660 nm crvena i 905 nm infracrvena svetlost) fokusiraju na vrh nokta. Signal se detektuje pomoću fotoosetljivog elementa, obrađuje pomoću elektronskog kola i mikroprocesora i zatim prikazuje na ekranu.

5. Smernice za upotrebu

3. Postavite baterije kao što je opisano u poglavlju «Postavljanje baterija».
4. Ubacite jedan prst (nokat okrenut prema gornjem delu uređaja; kažiprst ili srednji prst se preporučuju) u otvor

za prst na uređaju. Proverite da li ste do kraja uvukli prst, kako bi senzor u potpunosti bio u kontaktu sa prstom.

5. Oslobođite uređaj dozvoljavajući da pritisne prst na dole.
6. Pritisnite dugme ON/OFF ① kako biste uključili uređaj.
7. **Ne pokrećite prst tokom merenja.** Preporučuje se da ne pokrećete telo tokom merenja.
8. Očitane vrednosti pojaviće se na ekranu posle par sekundi.
9. Izvucite prst iz uređaja.
10. Uredaj će se automatski isključiti nakon približno 10 ± 2 sekundi, pošto ste izvukli prst iz uređaja.

Visina grafičkog dijagrama ④ je pokazatelj pulsa i jačine signala. Visina grafičkog dijagrama treba da bude iznad 30% za pravilno očitavanje.

Uredaj mora biti u stanju da meri puls pravilno kako bi obezedio tačno merenje SpO_2 . Uverite se da ništa ne ometa merenje pulsa, kako biste mogli da se pouzdate u rezultate merenja SpO_2 .

Maksimalno trajanje aplikacije na istom mestu mora biti kraće od 30 minuta, kako bi se osiguralo korektno uskladivanje senzora i integritet kože.

Netačna merenja mogu se desiti u sledećim slučajevima:

- Pacijenti sa značajnim nivoom disfunkcionalnog hemoglobina (kao što je karboksihemoglobin ili methemoglobin).
- Intravaskularne boje kao što su indocijanin zelena ili metilen plava ubrizgane pacijentu.
- Upotreba u uslovima visoke osvetljenosti prostora (direktna sunčeva svetlost). Zaštitite prostor oko senzora hirurškim ubrusom ako je neophodno.
- Intenzivni pokreti pacijenta.
- Pacijent sa venskom pulsacijom.
- Pacijent sa hipotenzijom, ozbiljnom venokonstrikcijom, ozbiljnom anemijom ili hipotermijom.
- Pacijent sa srčanim zastojem ili u stanju šoka.
- Upotreba laka i sjaja za nokte, kao i veštačkih noktiju.

6. Postavljanje baterija

Pošto ste raspakovali vaš uređaj, prvo postavite baterije. Odeljak za baterije nalazi se na donjem delu uređaja. Uklonite poklopac sa odeljka za baterije povlačenjem u naznačenom smeru. Postavite baterije (2 x 1.5V baterije, veličine AAA), vodeći računa o polaritetu.



Zamenite baterije kada se na ekranu pojavi indikator za oslabljenu bateriju ⑤.



Uvek zamenite obe baterije u isto vreme.

7. Dugme ON/OFF / funkcionsko dugme

Pritisnite i otpustite dugme ON/OFF ① da biste uključili, zadržite dugme približno jednu sekundu. Na uređaju se prikazuje meni sa podešavanjima ⑩. Pritisnite ili zadržite dugme ON/OFF da biste obavili odgovarajuće operacije. Zadržite ga da biste postavili stavku ili ga pritisnite da biste promenili opciju ili režim ekrana. Pritisakanje znači ne više od 0,5 sekundi, dok zadržavanje znači više od 0,5 sekundi.

Podešavanje zvuka upozorenja

Zadržite dugme ON/OFF ① dok je uređaj uključen. Meni sa podešavanjima (interfejs 1) se prikazuje ⑩-a. Pomerite «*» na odgovarajuću opciju i zadržite funkcionsko dugme da biste postavili opciju **Alert** na **on** (Uključeno), a **Beep** (Zvučni signal) na **off** (Isključeno). Kada je opcija **Alert** postavljena na **on** (Uključeno), a izmerene vrednosti saturacije krvi kiseonikom i brzine pulsa su iznad gornjeg ili ispod donjeg ograničenja, uređaj daje zvuk upozorenja.

Kada je **Beep** (Zvučni signal) postavljen na **on** (Uključeno), otkucaji se čuju zajedno sa otkucajima pulsa tokom merenja brzine pulsa. Dok simbol «*» ostaje na opciji **Restore** (Vraćanje u prethodno stanje), zadržite funkcionsko dugme da biste se vratili na podrazumevana podešavanja.

Podešavanje osvetljenosti

Pritisnite dugme ON/OFF ① da biste izabrali opciju **Brightness** (Osvetljenost), a zatim zadržite dugme ON/OFF da biste podešili osvetljenost na vrednost u opsegu od 1 do 5. Što je veća vrednost, to je veća i osvetljenost ekrana.

Podešavanje opsega upozorenja

Na meniju sa podešavanjima (interfejs 2) ⑩-b, pritisnite dugme ON/OFF ① da biste se prebacivali između opcija. Na ovom interfejsu možete podešiti gornje i donje ograničenje **SpO₂ Alert** i **PR Alert**. Kada je simbol «*» na opciji **+/–**, zadržite funkcionsko dugme da biste podešili opciju na **+** ili **–**.

U **+** režimu, izaberite odgovarajuću opciju i zadržite dugme ON/OFF da biste povećali gornje ili donje ograničenje; u **–** režimu, zadržite dugme ON/OFF da biste smanjili gornje ili donje ograničenje. Pomerite «*» na opciju **Exit** (Izlaz) i zadržite dugme ON/OFF da biste se vratili na interfejs za praćenje.

8. Prikaz podataka na ekranu

Kada je uređaj uključen, kratko pritisnite dugme ON/OFF ① kako biste prešli na sledeći način prikazivanja podataka na ekranu i izabrali željeni način prikaza podataka ⑨. Postoji 6 različitih načina prikazivanja podataka na ekranu. Automatski je prikazan način 1.

9. Upotreba priveska

- Provucite tanji kraj priveska kroz rupu za kačenje na zadnjem kraju uređaja.
- Provucite deblji kraj priveska kroz tanji kraj pre nego što jako zategnete.

10. Problemi i njihovo rešavanje

Opis	Simptomi/Mogući uzroci	Rešenje	Opis	Simptomi/Mogući uzroci	Rešenje
Saturacija kiseonikom SpO ₂ ili puls nisu pravilno prikazani.	1. Prst nije pravilno postavljen. 2. Saturacija kiseonikom SpO ₂ kod pacijenta je suviše niska da bi merenje bilo mogće. 3. Osvetljenje je prejako.	1. Pokušajte da ponovo postavite prst. 2. & 3. Pokušajte da ponovite merenje. Ukoliko utvrdite da uređaj pravilno radi konsultujte svog lekara.	Uređaj ne može da se uključi.	1. Nema baterija ili su baterije slabe. 2. Baterije nisu pravilno postavljene. 3. Uređaj može biti oštećen.	1. Zamenite baterije. 2. Izvadite i ponovo postavite baterije. 3. Kontaktirajte lokalni Microlife servis.
Rezultati saturacije kiseonikom SpO ₂ i pulsa su nestabilni.	1. Prst možda nije postavljen dovoljno duboko 2. Intenzivni pokreti pacijenta.	1. Pokušajte da ponovo postavite prst. 2. Mirno sedite i ponovite merenje.	Ekran se iznenada ugasio	1. Uređaj se automatski isključuje, kada nikakav signal nije detektovan tokom više od 10±2 sekundi. 2. Baterije su suviše slabe da bi uređaj radio.	1. Uobičajeno. 2. Zamenite baterije.

11. Čišćenje i dezinfekcija

Koristite alkoholni brisač ili pamučnu maramicu nakvašenu alkoholom (70% izopropil alkohol) za čišćenje silikona koji unutar uređaja dodiruje prst. Takođe je očistite prst alkoholom pre i posle svakog merenja. Pustite uređaj da se potpuno osuši pre merenja.

 Nikada ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razređivače ili benzin i nikada nemojte zaranjati uređaj u vodu ili druge tečnosti za čišćenje.

12. Garancija

Aparat je pod **garancijom 2 godina**, počev od datuma kupovine. Tokom ovog garantnog perioda, u skladu sa našom procenom, Microlife će popraviti ili zameniti uređaj bez naknade troškova.

Otvaranje ili prepravljanje aparata čini garanciju nevažećom.

Sledeće stavke nisu obuhvaćene garancijom:

- Troškovi transporta i rizik od transporta.
- Oštećenja izazvana neadekvatnom upotrebom ili nepridržavanjem uputstva za upotrebu.
- Oštećenja izazvanja curenjem baterija.

- Oštećenja izazvana nezgodama ili nepravilnom upotrebom.
- Materijal za pakovanje/skladištenje i uputstvo za upotrebu.
- Redovne provere i održavanje (kalibracija).
- Dodaci i prenosivi delovi: Baterije.

U slučaju da je potreban servis u garantnom roku, kontaktirajte prodajno mesto na kome ste kupili proizvod ili lokalni Microlife servis. Možete kontaktirati vaš lokalni Microlife servis putem našeg web sajta: www.microlife.com/support

Kompenzacija je ograničena na vrednost proizvoda. Garancija će biti uvažena ako se vrati kompletan proizvod sa originalnim računom. Popravka ili zamena u garantnom roku ne produžava niti obnavlja garantni period.

13. Tehničke specifikacije

Vrsta: Pulsni oksimetar za jagodicu prsta OXY 210

Ekran: OLED ekran

Opseg ekrana: Saturacija kiseonikom: 35 - 100 %
Brzina pulsa: 25 - 250 bpm

Rezolucija: Saturacija kiseonikom: 1 %
Brzina pulsa: 1 bpm

Preciznost merenja: Saturacija kiseonikom: ±2% (70 - 100%)
Nema zahteva: (≤ 69 %)
Brzina pulsa: ± 2 bpm

Opseg alarma: Gornje ograničenje: 50 - 100%
Saturacija kiseonikom: Donje ograničenje: 50 - 100%

Brzina pulsa: Gornje ograničenje: 25 - 250 bpm
Donje ograničenje: 25 - 250 bpm

Greška upozorenja: Saturacija kiseonikom: ± 1 % pret-podešene vrednosti
Brzina pulsa; veća od ± 10% od pret-podešene vrednosti i ± 5 otkucaja u minuti

PI (Perfuzioni indeks)
Slab PI Min. 0.2 %

Radni uslovi: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
15 - 80 % relativna maksimalna vlažnost

Uslovi čuvanja: -10 - +50 °C / 14 - 122 °F
10 - 93 % relativna maksimalna vlažnost

Automatsko isključivanje: Automatsko isključivanje nakon 10 ± 2 sekundi, kada nema signala ili je signal slab.

Baterija: 2 x 1.5V alkalne baterije, veličine AAA

Vek trajanja baterija: približno 30 sati (kada se koriste nove baterije)

Težina: 42.5 g (uključujući baterije)

Dimenzije: 62 x 37 x 32 mm

IP Klasa: IP22

Referentni standardi: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Očekivani vek trajanja: 5 godina (kada se koristi 15 puta/na dan;
20 minuta za svako merenje)

Zadržano pravo na tehničke izmene.

- ① BE/KI gomb
- ② Oxigéntelítettség (százalékban)
- ③ Pulzusszám (percenkénti érték)
- ④ Pulzussáv
- ⑤ Gyenge elem jelzése
- ⑥ Az elemek behelyezése
- ⑦ Nyakpánt befűzése
- ⑧ Működési elv
- ⑨ Megjelenítési módok (6 különböző)
- ⑩ Beállítások menü
 - a felület 1
 - b felület 2

Kedves Vásárló!

Ez a Microlife márkatűjű, ujjbegyre csíptethető pulzoximéter egy hordozható, non-invazív eszköz az artériás vér hemoglobinjának oxigéntelítettsége (SpO_2) és a puluszám gyors ellenőrzésére felnőttek és gyermekek esetében. Alkalmas magánhasználatra (otthon vagy

útközben), valamint az egészségügyben (kórházak, egészségügyi intézmények) történő felhasználásra. Klinikailag bizonyított a nagyfokú ismétlődési pontosság. Ha bármilyen kérdése, problémája van, keresse a helyi Microlife ügyfélszolgálatot! A Microlife hivatalos forgalmazójával kapcsolatos felvilágosításért forduljon az eladóhoz vagy a gyógyszertárhoz! A www.microlife.com oldalon részletes leírást talál a termékeinkről. Tartsa biztonságos helyen a használati útmutatót, hogy a későbbiekben bármikor kéznél legyen! Jó egészséget kívánunk – Microlife AG!

Tartalomjegyzék

1. Jelmagyarázat
2. Biztonsági előírások
3. Általános ismertető
4. Mérési elvek
5. Használati utasítás
6. Az elemek behelyezése
7. ON/OFF (BE/KI) gomb / Funkciógomb
8. Kijelzési mód
9. Nyakpánt használata

- 10. Teendők működési zavarok esetén
- 11. Tisztítás és fertőtlenítés
- 12. Garancia
- 13. Műszaki adatok

1. Jelmagyarázat



Az elemeket és az elektronikai termékeket az érvényes előírásoknak megfelelően kell kezelní, a háztartási hulladéktól elkülönítve!



Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót!



BF típusú védelem



IP22



% SpO₂



Gyártó

Gyenge elem jelzése


Sorozatszám

Csepegő víz ellen védett

Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban

Oxigéntelítettség (százalékban)

Pulzusszám (percenkénti érték)



CE 0482

CE megfelelősségi jelölés

2. Biztonsági előírások

- Kövesse a használatra vonatkozó utasításokat! Ez az útmutató fontos használati és biztonsági tájákoztatásokat tartalmaz az eszközzel kapcsolatban. Olvassa el alaposan a leírtakat mielőtt használatba venné az eszközt, és őrizze meg ezt az útmutatót!
- A készülék kizárolag a jelen útmutatóban leírt célra használható. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen alkalmazásból eredő károkért.

- Soha ne márta a készüléket vízbe vagy más folyadékba!** A tisztításnál kövesse a « Tisztítás és fertőtlenítés» részben leírtakat!
- Ne használja a készüléket, ha az megsérült vagy bármilyen szokatlan dolgot tapasztal vele kapcsolatban!
- Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket!
- A készülék sérülékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért óvatosan kezelendő. Szigorúan be kell tartani a tárolásra és az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, amelyek a «Műszaki adatok» részben találhatók!
- A készüléket óvni kell a következőktől:
 - víz és nedvesség
 - szélcséses hőmérséklet
 - ütés és esés
 - szennyeződés és por
 - közvetlen napsugárzás
 - meleg és hideg
- A készülék működését veszélyeztetik az erős elektromágneses mezők, például mobiltelefonok vagy rádióberendezések közelége, ezért ajánljuk hogy ezektől legalább 1 méter távolságra használja (60601-1-2 táblázat 5 szerint)! Abban az esetben ha ezt nem lehet megvalósítani, kérjük használat előtt ellenőrizze hogy a készülék megfelelően működik-e!

- Ne használja a készüléket MRI vagy CT környezetében!
- A készülék nem alkalmas folyamatos megfigyelésre!
- Ne sterilizálja a készüléket autokláv vagy etilén-oxidos sterilizáló használatával! Ez a készülék steri-lizálásra nem alkalmas.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, akkor az elemeket el kell távolítani!

 Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, mert annak kisebb alkotóelemeit esetleg lenyelhetik. Legyen tisztában annak veszélyével, hogy ha a készülékhez vezetékek, csövek tartoznak, azok fulladást okozhatnak!

 Az eszköz használata nem pótolja az orvosával való konzultációt.

3. Általános ismertető

Az oxigénszaturáció százalékos értéke mutatja azt, hogy az artériás vér hemoglobinjának mekkora hányadához kötődik oxigén. Ez egy nagyon fontos tényezője a légzési körfolyamatnak. Számos légúti megbetegedés okozhat alacsony oxigénszintet a vérben.

A véroxigénszint csökkenhet következő esetekben: Szervi működési zavar okán altatásban, intenzív posztoperatív trauma, némely orvosi vizsgálat okozta sérülés esetében. Ezekből adódóan szédülés, gyengeség, hányás fordulhat elő. Ezért nagyon fontos tudni a beteg véroxigénszintjét, hogy az orvosok a problémákat idejében észlelhessék.

4. Mérési elvek

Az ujjhegyre helyezhető pulzoximéter mérési elve: A Lambert-Beer törvényen alapuló matematikai képlettel a vörös és a közeli infravörös fény elnyelésének mértékéből számítható a deoxihemoglobin (Hb) és az oxigént tartalmazó oxihemoglobin (HbO₂) mennyisége.

Ennek a készüléknek a működési elve: Az oxihemoglobin és a pulzusonkénti vérmenyiség fotoelektronikai technikával történő vizsgálatának elfogadott meghatározási módszere a két különböző hullámhosszúságú fény-nyalábbal (660 nm vörös és 905 nm közeli infravörös fény átvilágított ujjvégen végzett mérés, amit egy rácsíptetős kivitelű műszer biztosít. A mérendő jel egy fényérzékelőre jut, majd innen az elektromos áramkörök továbbítják feldolgozásra a mikroprocesszorhoz ami meghatározza az értékeket és a kijelzőn megjeleníti azokat.

5. Használati utasítás

3. Helyezze be az elemeket «Az elemek behelyezése» fejezetben leírtak szerint!
4. Helyezze egyik ujját a készülék ujjnyílásába (körömmel felfelé); a mutató vagy a középső ujj használata ajánlott! Ugyeljen rá, hogy az ujjvég teljesen legyen betolva, így az érzékelő tökéletesen tudja lefedni azt!
5. Engedje el a készüléket és hagyja vele az ujját lefogva!
6. Nyomja meg a BE/KI gombot ① a készülék bekapcsolásához!
7. **Ne rázza az ujját mérés közben!** Ajánlott a testmozgást is elkerülni miközben a mérés tart.
8. A mérési értékek néhány másodperc múlva megjelennek a kijelzőn.
9. Vegye ki az ujját a készülékből!.
10. A készülék automatikusan kikapcsol kb. 10±2 másodperccel azután, hogy az ujját kihúzta.

 A pulzussáv ④ magassága mutatja a pulzust és a jelerősséget. A megfelelő leolvasáshoz az oszlopnak magasabbnak kell lennie mint 30%.



A készüléknek a pulzust helyesen kell mérnie annak érdekében, hogy pontos legyen az SpO₂ mérés. Ellenőrizze, hogy semmi nem akadályozza a pulzus mérését, mielőtt az SpO₂ mérés adatát elfogadja!



Az alkalmazás maximális ideje ne legyen több mint 30 perc az adott helyen, az érzékelő megfelelő helyzetének biztosítása és a bőr épségének megőrzése érdekében!

Pontatlan mérést idézhet elő:

- A használó jelentős diszfunkcionális hemoglobinszinttől szenned (például karboxihemoglobin vagy methemoglobin).
- Az érbe fecskendezett színezőfestékek, mint például indocianinzöld vagy metilénkék.
- Használatkor erős külső fény (pl. közvetlen napfény). Ha szükséges egy kendővel takarja el az érzékelő kömyezetét!
- A mért személy erőteljes mozgolódása.
- A használónál tapasztalható vénás lüktetés.
- Alacsony vérnyomás, súlyos érszükület, súlyos vérszegénység vagy testkihűlés állapota.
- Szívleállás vagy újraélesztés állapotába kerülő beteg.
- Körömlakk vagy műköröm van az ujjvégén.

6. Az elemek behelyezése

A készülék kicsomagolása után először helyezze be az elemeket! Az elemtárt a készülék alján van. Távolítsa el az elemtárt fedelét a megjelölt irányba csúsztatva! Helyezze be az elemeket (2 x 1,5 V-os, AAA méret) a feltüntetett polaritásnak megfelelően!

Cserélje ki az elemeket ha a gyenge elem jelzése ⑤ látható a kijelzőn!



Minden esetben cserélje ki minden elemet egyszerre!

7. ON/OFF (BE/KI) gomb / Funkciógomb

A bekapcsoláshoz nyomja meg és engedje el az ON/OFF (BE/KI) gombot ①, majd tartsa nyomva a gombot körülbelül egy másodpercig. A készülék megjeleníti a Beállítások menüt ⑩. A kiválasztott művelet elvégzéséhez nyomja meg vagy tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot. Tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot valamely elem beállításához, vagy nyomja meg másik opcióra vagy megjelenítési módra történő váltáshoz. A megnyomás legfeljebb 0,5 másodperct jelent, míg a nyomva tartás több mint 0,5 másodperct.

Riasztási hang beállítása

Tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot ①, miközben a készülék be van kapcsolva. Megjelenik a Beállítások menü (1. felület) ⑩-a. Vigye a «*»-ot a megfelelő opcióra, és tartsa nyomva a funkciógombot az Alert (Riasztás) on (bekapcsolva) opcióra való állításához, valamint a Beep (Hangjelzés) off (kikapcsolva) opcióra való állításához. Ha az Alert (Riasztás) az on (bekapcsolva) opcióra van állítva, és a vér oxigéntelítettsége, valamint a pulzusszám túllépi a felső vagy alsó határértéket, a készülék figyelmeztető hangot ad ki. Ha a Beep (Hangjelzés) az on (bekapcsolva) opcióra van állítva, akkor a pulzusszámmérés során a pulzushanggal együtt egy kattanás is hallható lesz. Amíg a «*» szimbólum a Restore (Visszaállítás) opción van, tartsa nyomva a funkciógombot az alapértelmezett beállítások visszaállításához.

Fényerő beállítása

Nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot ① a Brightness (Fényerő) opció kiválasztásához, majd tartsa nyomva az ON/OFF (KI/BE) gombot a fényerő 1 és 5 közötti értékre történő beállításához. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a képernyő fényereje.

Riasztási tartomány beállítása

A Beállítások menüben (2. felület) ⑩-b, nyomja meg az ON/OFF (BE/KI) gombot ① az opciók között váltáshoz. Ezen a felületen beállíthatja az **SpO₂ Alert** (Oxigéntelitetség-riasztás) és a **PR Alert** (Pulzusszám-riasztás) felső és alsó határértékét. Amíg a «*» szimbólum a +/- opción van, tartsa nyomva a funkciógombot az opció + vagy - módra állításához.

A + módban válassza ki a megfelelő opciót, és tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot a felső vagy alsó határérték növeléséhez; a - módban tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot a felső vagy alsó határérték csökken tésehez. Vigye a «*-ot az **Exit** (Kilépés) opcióra, és tartsa nyomva az ON/OFF (BE/KI) gombot a vizsgálati felületre való visszatéréshez.

8. Kijelzési mód

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg röviden a BE/KI gombot ① ezzel tud váltani a megjelenő formák ⑨ között! 6 különböző kijelzési mód van. Az alapértelmezett beállítás képe az 1 jelű ábrán látható.

9. Nyakpánt használata

1. A nyakpánt vékony zsinórját fűzza át a készülék hátsó részén található függesztőnyíláson!

2. A nyakpánt másik végét bújtassa át a befűzött rész hurokjában és húzza meg szorosra!

10. Teendők működési zavarok esetén

Leírás	Hibajelenség/ Lehetséges okai	Megoldások
Szokatlan SpO ₂ vagy pulzus-érték jelenik meg a kijelzőn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az ujj nincs jól behelyezve. 2. A használó SpO₂ értéke túl kicsi a méréshez. 3. Túlzott megvilágítás. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ismételje meg a felhelyezést az ujjára! 2. „, 3. Mérjen többször! Ha biztos benne, hogy a készülék jól működik, konzultáljon orvosával!

Leírás	Hibajelenség/ Lehetséges okai	Megoldások
SpO ₂ vagy pulzus-érték nem jelenik meg stabilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lehet, hogy az ujj nincs elég mélyen bedugva a készülékbe. 2. Túlságosan mozog a mért személy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ismételje meg a felhelyezést az ujjára! 2. Uljon nyugodtan és próbálja újra!
A készü-léket nem lehet bekap-csolni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az elemek nincsenek behelyezve vagy kimerültek. 2. Rosszul vannak betéve az elemek. 3. A készülék hibás. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cserélje ki az elemeket! 2. Vegye ki és helyezze be jól az elemeket! 3. Lépjön kapcsolatba a Microlife helyi vevőszolgálatával!

Leírás	Hibajelenség/ Lehetséges okai	Megoldások
A kijelzés hirtelen megszűnik.	1. A készülék automatikusan kikapcsol a jel megszűnése után 10 ± 2 másodperccel. 2. Az elemek feszültsége túl alacsony a további működéshez.	1. Normális. 2. Cserélje ki az elemeket!

11. Tisztítás és fertőtlenítés

A készülék ujjal érintkező, belső szilikongumiját alkoholos törlővel vagy alkohollal (70%-os izopropil) átitatott pamut-szövettel tisztítsa meg! Hasonlóan tisztítsa meg a méréshez használt ujjat minden mérés előtt és után! A készüléket hagyja alaposan megszáradni használat előtt!



A tisztításhoz soha ne használjon dörzshatású tisztítószeret, hígítót vagy benzint, és soha ne mártsa a készüléket vízbe vagy más tisztítófolyadékba!

12. Garancia

A készülékre a vásárlás napjától számítva **2 év garancia** vonatkozik. Ezen garanciaidőszak alatt, saját belátásunk szerint, a Microlife ingyenesen kijavítja vagy kicseréli a hibás terméket.

A készülék felnyitása vagy módosítása a garancia elvesztését vonja maga után.

A garancia nem vonatkozik a következőre:

- Szállítási költségek és a szállítás kockázata.
- Nem megfelelő használat vagy a használati útmutatóban leírtak be nem tartása.
- Az elemek kifolyásából keletkező kár.
- Balesetből vagy helytelen használatból keletkező kár.
- Csomagoló-/tárolóanyag és használati útmutató.
- Rendszeres ellenőrzések és karbantartás (kalibrálás)
- Tartozékok és kopó alkatrészek: elemek.

Ha garanciális szolgáltatásra van szükség, kérjük vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta, vagy a helyi Microlife szervizzel. Honlapunkon keresztül felveheti a kapcsolatot a helyi Microlife szervizzel: www.microlife.com/support

A kártérítés a termék értékére korlátozódik. A garanciának akkor teszünk eleget, ha a teljes terméket visszajuttatják az eredeti számlával együtt. A garancián belüli javítás vagy csere elvégzése nem hosszabbítja vagy újítja meg a jótállási időszakot. A fogyasztók jogait és jogos követeléseit ez a garancia nem korlátozza.

13. Műszaki adatok

Típus: Ujjra csíptethető pulzoximéter OXY 210

Kijelző: OLED kijelző

Megjelenítési tartomány: Oxigéntelitetség: 35 - 100 %
Pulzusszám: 25 - 250 bpm

Legkisebb mérési egység: Oxigéntelitetség: 1 %
Pulzusszám: 1 bpm

Mérési pontosság: Oxigéntelitetség:
±2% (70 - 100%)
Nincs követelmény: (≤ 69 %)
Pulzusszám: ± 2 bpm

Riasztási tartomány: Felső határérték: 50 - 100%
Alsó határérték: 50 - 100%

Oxigén-telitettség:
Pulzusszám: Felső határérték: 25 - 250 bpm
Alsó határérték: 25 - 250 bpm

Riasztási hiba:	Oxigéntelítettség: Az előre beállított érték $\pm 1\%$ -a Pulzusszám: az előre beállított érték $\pm 10\%$ -a és ± 5 bpm közül a nagyobbik érték PI (Perfúziós index) Gyenge PI min. 0.2 %	Szabvány: EN ISO10993-1/-5/-10; IEC 60601-1; EN 60601-1-2; ISO 80601-2-61; EN 62304; EN 60601-1-6
Üzemi feltételek:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F 15 - 80 % maximális relatív páratartalom	Elvárt élet-tartam: 5 év (amikor napi 15 alkalommal 20 perces mérések történnek)
Tárolási feltételek:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F 10 - 93 % maximális relatív páratartalom	A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Automatikus kikapcsolás:	Gyenge jel vagy a jel megszűnése esetén 10 ± 2 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.	
Elem:	2 x 1,5 V-os alkáli elem; AAA méret	
Elemélet-tartam:	körülbelül 30 óra (új, alkáli ele-mekkel)	
Súly:	42.5 g (elemekkel együtt)	
Méretek:	62 x 37 x 32 mm	
IP osztály:	IP22	

- ① Tipka ON/OFF (Uključeno/Isključeno)
- ② Zasićenost krv i kisikom (postotak)
- ③ Puls (broj otkucaja u minuti)
- ④ Dijagram pulsa
- ⑤ Indikator slabe baterije
- ⑥ Umetanje baterija
- ⑦ Pričvršćivanje vezice
- ⑧ Princip rada
- ⑨ Načini rada zaslona (6 različitih načina)
- ⑩ Izbornik s postavkama
 - a Sučelje 1
 - b Sučelje 2

Dragi korisniče,
Microlife pulsni oksimetar je prijenosni uređaj za neinvazivno određivanje zasićenosti arterijskog hemoglobina kisikom (SpO_2) i mjerjenje pulsa kod odraslih i djece.
Prikladan je za privatnu upotrebu (kod kuće) i za profesio-

nalnu upotrebu (u bolnici, ordinaciji). Preciznost ovog uređaja klinički je validirana.
Ako imate pitanja, problema ili želite naručiti rezervne dijelove, kontaktirajte svoju lokalnu korisničku službu tvrtke Microlife. Adresu zastupnika za Microlife za vašu državu možete zatražiti kod prodavača ili u ljekarni. Možete i posjetiti internetsku stranicu www.microlife.com, gdje se nalazi mnoštvo korisnih informacija o našim proizvodima. Upute spremite na sigurno mjesto. Možda će vam još zatrebati.
Ostanite zdravi – Microlife AG!

Sadržaj

- 1. Pojašnjenje simbola
- 2. Važne sigurnosne upute
- 3. Opći opis
- 4. Princip mjerjenja
- 5. Upute za upotrebu
- 6. Umetanje baterija
- 7. Tipka ON/OFF / tipka za funkciju
- 8. Način prikaza podataka
- 9. Pričvršćivanje vezice

- 10. Kvarovi i kako ih ukloniti
- 11. Čišćenje i dezinfekcija
- 12. Jamstvo
- 13. Tehničke specifikacije

1. Pojašnjenje simbola



Baterije i električne uređaje treba zbrinuti sukladno primjenjivim lokalnim odredbama, a ne s kućnim otpadom.



Pažljivo pročitajte upute prije primjene ovog uređaja.



Tip BF uređaja koji dolazi u dodir s pacijentom.



Proizvođač



Indikator slabe baterije



Serijski broj



Zaštita od kapljica vode




Ovlašteni zastupnik u EU




Zasićenost krvi kisikom (postotak)



Puls (broj otkucanja u minutu)



Radni uvjeti:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F



Uvjeti skladištenja:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F



CE oznaka sukladnosti

2. Važne sigurnosne upute

- Slijedite upute za uporabu. Ovaj dokument daje Vam važne informacije u vezi rada i sigurnosti ovog uređaja. Molimo Vas temeljito pročitajte ovaj dokument prije uporabe uređaja i sačuvajte ga za ubuduće.
- Ovaj uređaj smije se upotrebljavati isključivo u svrhe opisane u ovim uputama. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje nastalo uslijed pogrešne primjene.
- **Nikada ne uranajte ovaj uređaj u vodu ili druge tekućine. Za čišćenje slijedite upute u odjeljku « Čišćenje i dezinfekcija».**
- Ovaj uređaj ne upotrebljavajte ako mislite da je oštećen ili ako primijetite nešto neobično.
- Nikad ne otvarajte ovaj uređaj.

- Uredaj sadrži osjetljive dijelove te se njime mora rukovati oprezno. Pridržavajte se uvjeta čuvanja i rada opisanih u poglaviju « Tehničke specifikacije ».
- Uredaj zaštitite od:
 - vode i vlage
 - ekstremnih temperatura
 - udaraca i padanja
 - kontaminacije i prašine
 - izravne sunčeve svjetlosti
 - topline i hladnoće
- Pravilan rad ovog uređaja može biti narušen ukoliko ga koristite u blizini jakih elektromagnetskih polja, poput mobilnih telefona ili radio instalacija. Prilikom upotrebe ovog uređaja udaljenost od izvora jakih elektromagnetskih polja mora biti najmanje 1 m (prema 60601-1-2 tablica 5). Ukoliko procijenite da je ovakva upotreba neizbjegljiva, provjerite prije upotrebe da li uređaj pravilno radi.
- Ne upotrebljavajte uređaj u blizini MRI ili CT uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za kontinuirano praćenje.
- Nemojte sterilizirati ovaj uređaj autoklaviranjem ili upotrebom etilen-oksida. Uredaj nije namijenjen za sterilizaciju.
- Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme baterije treba izvaditi.



Djeca ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati bez nadzora; neki dijelovi dovoljno su mali da se mogu прогутати. Postoji opasnost od davanja ukoliko uređaj ima cijevi ili kabel.



Upotreba ovog uređaja ne zamjenjuje savjetovanje s lječnikom.

3. Opći opis

Zasićenje krvi kisikom predstavlja udio hemoglobina koji je zasićen kisikom u arterijskoj krvi. To je važan indikator funkcije plućne cirkulacije. Mnoge respiratorne bolesti mogu imati za posljedicu smanjenje zasićenosti krvi kisikom.

Sljedeći čimbenici mogu smanjiti zasićenost krvi kisikom: Autoregulacija disfunkcije organa uzrokovane anestezijom, postoperativna trauma, ozljede zadobivene prilikom medicinskih pretraga. Opisane situacije mogu prouzrokovati ošamućenost, opću slabost i povraćanje. Zbog toga je važno odrediti zasićenost krvi kisikom kod pacijenata kako bi liječnici mogli uočiti problem na vrijeme.

4. Princip mjerena

Teoretska osnova rada ovog pulsnog oksimetra: Izvedena je matematička formula upotrebom Lambert-Beerovog zakona za opis apsorpcijskih karakteristika deoksigeniranog hemoglobina (Hb) i oksihemoglobina (HbO_2) unutar IR i NIR područja.

Princip rada uređaja: Koristi se tehnologija fotoelektričnog ispitivanja oksihemoglobina u kombinaciji sa tehnologijom kapacitetnog skeniranja i snimanja pulsa, što znači da se pomoću senzora pulsnog oksimetra dvije zrake svjetlosti različite valne duljine (660 nm crveno i 905 nm blisko infracrveno svjetlo) usmjeravaju na vrh nokta. Signal se detektira pomoću fotoosjetljivog elementa, obrađuje putem elektroničkih sklopova i mikroprocesora te prikazuje na zaslonu.

5. Upute za upotrebu

3. Umetnute baterije kako je opisano u poglavlju «Umetanje baterija».
4. Stavite jedan prst (s noktom okrenutim prema gore; preporuča se upotreba kažiprsta ili srednjeg prsta) u predviđeni otvor na uređaju. Pripazite da prst u potpunosti prekriva senzore.
5. Pustite uređaj da stegne prst.

6. Uključite uređaj pritiskom na tipku ON/OFF ①.
7. **Ne tresite prst za vrijeme mjerena.** Preporučamo da se ne krećete za vrijeme mjerena.
8. Nakon nekoliko sekundi, rezultat mjerena će se prikazati na zaslonu.
9. Maknite prst s uređaja.
10. Uređaj će se automatski isključiti za otprilike 10 ± 2 sekundi nakon što se prst izvadi iz uređaja.

Visina dijagrama pulsa ④ je indikator pulsa i jačine signala. Za valjano očitanje rezultata mora iznositi više od 30%.

Uređaj mora biti u mogućnosti točno izmjeriti puls kako bi mogao provesti ispravno mjerenje zasićenosti krvi kisikom (SpO_2). Provjerite da ništa nije ometalo mjerjenje pulsa prije nego krenete na mjerjenje zasićenosti kisikom.

Maksimalno trajanje mjerena na jednom prstu je 30 minuta da se očuva ispravnost senzora i ne ošteti koža.

Netočni rezultati mjerena mogu se pojaviti kod:

- Visoke razine disfunkcionalnog hemoglobina (karboksihemoglobin ili methemoglobin).
- Intravenske primjene boja kao što su indocijanin zeleni i metilen plava.

- Primjene pri jakom osvjetljenju (npr. izravna sunčeva svjetlost). U tom slučaju, ako je potrebno pokrijte senzor s ručnikom.
- Prekomjernog kretanja.
- Venske pulsacije.
- Hipotenzije, teške vazokonstrikcije, anemije ili hipotermije.
- Srčanog zastoja ili stanja šoka.
- Upotrebe laka za nokte ili umjetnih noktiju.

6. Umetanje baterija

Nakon što ste raspakirali uređaj, prvo umetnite baterije. Odjeljak za baterije nalazi se na dnu uređaja. Uklonite poklopac odjeljka tako da ga pomaknete u prikazanom smjeru. Umetnite baterije (2 x 1,5V, veličine AAA), vodeći računa o naznačenom polaritetu.

 Zamijenite baterije kada se Indikator slabe baterije ⑤ prikaže na zaslonu.

 Uvijek zamijenite obje baterije istovremeno.

7. Tipka ON/OFF / tipka za funkciju

Pritisnite i otpustite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) ① da biste uključili uređaj, držite tipku otprilike jednu sekundu. Na ureduju se prikazuje izbornik s postavkama ⑩. Pritisnite ili držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste izvršili odgovarajuće radnje. Držite ju da biste postavili određenu opciju, pritisnite ju da biste se prebacili na drugu opciju ili način rada zaslona. Pritisak ne smije trajati duže od 0,5 sekunde, dok držanje mora trajati duže od 0,5 sekunde.

Postavljanje zvuka za upozorenje

Držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) ① dok je uređaj uključen. Prikazuje se izbornik s postavkama (sučelje 1), ⑩-a. Pomaknite «*» na odgovarajuću opciju i držite tipku za funkciju da biste postavili **Alert** (Alarm) na **on** (uključeno), a **Beep** (Zvučni signal) na **off** (isključeno). Kada je opcija **Alert** (Alarm) postavljena na **on** (uključeno), a izmjerena razina zasićenosti krvi kisikom i brzina pulsa budu više od gornjeg ograničenja ili niže od donjeg ograničenja, uređaj će se oglasiti zvukom za upozorenje. Kada je opcija **Beep** (Zvučni signal) postavljena na **on** (uključeno), osim otkucaja srca pri mjerenu brzine pulsa čut će se i zvučni signal. Dok se «*» nalazi na opciji **Restore** (Vrati),

držite tipku za funkciju da biste vratili uređaj na zadane postavke.

Postavljanje svjetline

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) ① da biste odabrali opciju **Brightness** (Svetlina), a zatim držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste postavili svjetlinu na razinu u rasponu od 1 do 5. Što je ta razina viša, to je svjetlina zaslona veća.

Postavljanje raspona za upozorenje

Na izborniku s postavkama (sučelje 2) ⑩-b, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) ① da biste se prebacili s opcije na opciju. Na tom sučelju možete postaviti gornje i donje ograničenje za **SpO2 Alert** (Alarm za SpO2) i **PR Alert** (Alarm za brzinu pulsa). Dok se simbol «*» nalazi na opciji +/-, držite tipku za funkciju da biste postavili opciju na + ili -.

U načinu rada + odaberite odgovarajuću opciju i držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste povećali gornje ili donje ograničenje; u načinu rada - držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste smanjili gornje ili donje ograničenje. Pomaknite «*» na opciju **Exit** (Izadi) i držite tipku za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) da biste se vratili na sučelje za praćenje.

8. Način prikaza podataka

Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku ON/OFF ① na kratko, kako bi aktivirali mogućnost odabira želenog načina prikaza podataka ⑨. Postoji 6 različitih načina prikaza podataka. U zadanim postavkama primjenjuje se način prikaza 1.

9. Pričvršćivanje vezice

- Provucite tanji kraj vezice kroz predviđenu rupu na stražnjoj strani uređaja.
- Provucite deblji kraj vezice kroz preoz na vezici i čvrsto zategnite.

10. Kvarovi i kako ih ukloniti

Opis	Simptom/mogući uzroci	Rješenja
Očitanje SpO ₂ ili pulsa se ne prikazuje na zaslonu.	1. Prst nije ispravno stavljen u uređaj. 2. SpO ₂ vrijednost je preniska da bi se mogla detektirati. 3. Okolina je previše osvijetljena.	1. Ponovno stavite prst u uređaj. 2. i 3. Napravite nekoliko mjerena pri odgovarajućem osvjetljenju okoline. Ukoliko utvrdite da uređaj radi ispravno, javite se liječniku.
Očitanje SpO ₂ ili pulsa se brzo mijenja, nestabilno je.	1. Prst nije umetnut dovoljno duboko. 2. Prekomjerno kretanje.	1. Ponovno stavite prst u uređaj. 2. Sjedite mirno i pokušajte ponovo.

Opis	Simptom/mogući uzroci	Rješenja
Uredaj se ne može uključiti.	1. Nema baterija u uređaju ili su ispraznjene. 2. Baterije nisu ispravno umetnute. 3. Uredaj je oštećen/neispravan.	1. Zamijenite baterije. 2. Uklonite i ponovno umetnite baterije. 3. Kontaktirajte svoju lokalnu korisničku službu tvrtke Microlife.
Zaslon se neočekivano isključuje.	1. Uredaj se automatski isključuje, ako nema detekcije signala duže od 10 ± 2 sekundi. 2. Preostala snaga baterija je premala za rad uređaja.	1. Normalna karakteristika uređaja. 2. Zamijenite baterije.

11. Čišćenje i dezinfekcija

Koristite alkoholni štapić ili pamučni rupčić natopljen alkoholom (70% izopropanol) kako biste očistili silikonizirane dijelove uređaja koji dolaze u doticaj s prstima. Također očistite prst na kojem radite mjerjenje prije i poslije svakog mjerjenja. Osušite uređaj u potpunosti prije svake upotrebe.

 Nikad ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače ili benzen za čišćenje i nikad ne uranajte uređaj u vodu ili druge tekućine za čišćenje.

12. Jamstvo

Ovaj uređaj ima **2 godišnje jamstvo** od datuma kupnje. Tijekom ovog jamstvenog perioda Microlife će po vlastitom nahodenu popraviti ili zamijeniti neispravni proizvod.

Otvaranje ili mijenjanje uređaja ponistiće jamstvo.

Slijedeći dijelovi nisu uključeni u jamstvo:

- Cijena transporta i rizik transporta.
- Oštećenja nastala zbog neispravne primjene ili neusklađenosti s uputama za uporabu.
- Oštećenje uzrokovano curenjem baterija.
- Oštećenje uzrokovano nesrećom ili krivom upotrebom.
- Materijal za pakiranje/skladištenje i uputa za uporabu.
- Redoviti pregledi i održavanje (kalibracija).
- Dodaci i potrošni dijelovi: Baterija.

U slučaju potrebe jamstvenog servisa, molimo Vas da kontaktirate Vašeg trgovca na mjestu gdje je proizvod kupljen ili Vaš lokalni Microlife servis. Vaš lokalni Microlife servis možete kontaktirati putem web stranice: www.microlife.com/support

Kompezacija je ograničena na vrijednost proizvoda. Jamstvo će biti odobreno ako se cijeli proizvod vrati sa originalnim računom. Popravak ili zamjena unutar jamstva ne produžuje jamstveno razdoblje. Pravni zahtjevi i prava potrošača nisu ograničeni ovim jamstvom.

13. Tehničke specifikacije

Tip:	Pulsni oksimetar OXY 210	Raspon za upozorenje:	Gornje ograničenje: 50 - 100% Donje ograničenje: 50 - 100%
Zaslon:	OLED zaslon	Broj otkucanja srca u minutu:	Gornje ograničenje: 25 - 250 bpm Donje ograničenje: 25 - 250 bpm
Rasponi na zaslonu:	Zasićenje kisikom: 35 - 100 % Brzina pulsa: 25 - 250 bpm	Greška pri upozorenju:	Zasićenje kisikom: $\pm 1\%$ od zadane vrijednosti Brzina pulsa: $\pm 10\%$ od zadane vrijednost ili ± 5 otk./min., što god je veće Perfuzijski indeks (PI) Niski PI, min. 0.2 %
Razlučivost:	Zasićenje kisikom: 1 % Brzina pulsa: 1 bpm	Radni uvjeti:	5 - 40 °C / 41 - 104 °F 15 - 80 % relativna maksimalna vлага
Preciznost mjerjenja:	Zasićenje kisikom: $\pm 2\%$ (70 - 100%) Nema zahtjeva: ($\leq 69\%$) Brzina pulsa: ± 2 bpm	Uvjeti skladištenja:	-10 - +50°C / 14 - 122 °F 10 - 93% relativna maksimalna vлага
		Automatsko isključivanje:	Automatsko isključivanje ako nema detekcije signala duže od 10 ± 2 sekundi.
		Baterija:	2 x alkalne baterije od 1,5 V, veličine AAA
		Vijek trajanja baterije:	cca 30 sati (nove baterije)
		Masa:	42.5 g (uključujući baterije)

Dimenzije: 62 x 37 x 32 mm

IP razred: IP22

Relevantne norme: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Očekivani vijek trajanja: 5 godina (ako se koristi 15 puta na dan u vijeku trajanja od 20 minuta za svako mjerjenje)

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.

- ① Przycisk ON/OFF (wł./wył.)
- ② Nasycenie tlenem (wartość w procentach)
- ③ Tętno (wartość w uderzeniach na minutę)
- ④ Pasek impulsów
- ⑤ Wskaźnik słabych baterii
- ⑥ Umieszczanie baterii
- ⑦ Mocowanie smyczy
- ⑧ Zasada działania
- ⑨ Tryby wyświetlania (6 różnych)
- ⑩ Menu ustawień
 - a Interfejs 1
 - b Interfejs 2

Drogi Klientie,
Ten napalcowy pulsoksymetr Microlife jest przenośnym nieinwazyjnym urządzeniem przeznaczonym do punktowego sprawdzenia nasycenia tlenem hemoglobiny tętniczej (SpO_2) oraz tętna u dorosłych oraz dzieci. Nadaje się do użytku prywatnego (w domu lub w podróży), jak również

do stosowania w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie). Badania kliniczne wykazały wysoką precyzyję oraz powtarzalność pomiarów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów oraz w celu zamówienia części zapasowych, prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Obsługi klienta Microlife. Adres dystrybutora produktów Microlife na terenie swojego kraju znajdziecie Państwo u sprzedawcy lub farmaceuty. Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.microlife.com, na której można znaleźć wiele użytecznych informacji na temat naszych produktów.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję do ponownego wykorzystania.

Zadbaj o swoje zdrowie – Microlife AG!

Spis treści

- 1. Objasnenie symboli
- 2. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- 3. Opis ogólny
- 4. Zasady pomiaru
- 5. Instrukcje użytkowania
- 6. Umieszczanie baterii

- 7. Przycisk ON/OFF / przycisk funkcyjny
- 8. Tryb wyświetlania
- 9. Korzystanie ze smycz
- 10. Występujące problemy oraz środki zaradcze
- 11. Czyszczenie i dezynfekcja
- 12. Gwarancja
- 13. Specyfikacja techniczna

1. Objasnenie symboli




Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi.



Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.



Typ zastosowanych części - BF


**IP22****% SpO₂**

Producent


Wskaźnik słabych baterii

Numer seryjny

Zabezpieczony przed kapiącą wodą

Autoryzowany przedstawiciel we
Wspólnocie EuropejskiejNasycenie tlenem (wartość w
procentach)Tętno (wartość w uderzeniach na
minutę)

Warunki pracy:
5 - 40 °C / 41 - 104 °F



Warunki przechowywania:
-10 - +50°C / 14 - 122 °F

CE 0482

Oznakowanie zgodności CE

2. Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania. Ten dokument zawiera ważne informacje o działaniu produktu i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia. Przeczytaj dokładnie ten dokument przed pierwszym użyciem i zachowaj go na przyszłość.
- Urządzenie może być wykorzystywane do celów określonych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji.

- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Przy czyszczeniu zastosuj się do wskazówek zamieszczonych w części « Czyszczenie i dezynfekcja».**
- Prosimy nie używać urządzenia, jeżeli zauważą Państwo niepokojące objawy, które mogą wskazywać na jego uszkodzenie.
- Nie należy otwierać urządzenia.
- Urządzenie zbudowane jest z delikatnych podzespołów i dlatego musi być używane ostrożnie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących przechowywania i użytkowania zamieszczonych w części «Specyfikacja techniczna».
- Chroń urządzenie przed:
 - wodą i wilgocią
 - ekstremalnymi temperaturami
 - wstrząsami i upadkiem
 - zanieczyszczeniem i kurzem
 - światłem słonecznym
 - upałem i zimnem
- Działanie tego urządzenia może być zagrożone, gdy jest ono używane w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych, takich jak telefony komórkowe lub urządzenia radiowe. Polecamy odległość co najmniej 1 m

od źródeł promieniowania (Wg 60601-1-2 tabela 5). W przypadkach, gdy istnieje podejście, że nieunikniona jest bliskość źródła promieniowania, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo przed użyciem.

- Nie należy używać urządzenia w środowisku MRI lub CT.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do ciągłego monitorowania.
- Nie sterylizować tego urządzenia przy pomocy autoklawu lub sterylizacji tlenkiem etylenu. To urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy wyjąć baterie.

 Dopińuj, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru osób dorosłych; jego niektóre, niewielkie części mogą zostać łatwo połkniete. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w przewody lub rurki, może powodować ryzyko uduszenia.

 Należy pamiętać, że korzystanie z urządzenia nie zastąpi wizyty u lekarza specjalisty.

3. Opis ogólny

Nasycenie tlenem wykazuje procent hemoglobiny we krwi tętniczej, która zawiera tlen. Jest to bardzo ważny parametr dla układu oddechowego. Wiele chorób układu oddechowego może skutkować zmniejszeniem nasycenia tlenem we krwi ludzkiej.

Następujące czynniki mogą zmniejszyć nasycenie tlenem: Automatyczne rozregulowanie oraz dysfunkcja narządu oddechowego spowodowane znieczuleniem, intensywny uraz pooperacyjny, urazy spowodowane niektórymi badaniami lekarskimi. Takie sytuacje mogą spowodować zawroty głowy, omdlenia i wymioty. W związku z tym bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie jest nasycenie tlenem u pacjenta, dzięki temu lekarze mogą wykryć problemy w krótkim czasie.

4. Zasady pomiaru

Zasada działania napalcowego pulsoksymetru: Matematyczna formula wykorzystuje prawo Lamberta Beer czyli zależność charakterystyki absorpcji widma odtlenionej hemoglobiny (Hb) i oksyhemoglobiny (HbO₂) która jest w kolorze czerwonym co za tym idzie jest bliska stref podczerwieni.

Zasada działania tego urządzenia: Fotoelektryczna technologia kontroli oksyhemoglobiny jest zgodnie przyjęta ze zdolnością technologii skanowania i zapisu, przyjmuje zgodnie ze skanowaniem impulsów potencjału i technologii zapisu, tak że dwie wiązki o różnej długości fali światła (660 nm czerwona i 905 nm bliska podczerwieni), mogą skupić się na ludzkiej kościorce paznokcia za pomocą czujnika zaciskanego na palec. Zmierzony sygnał otrzymany przez światłoczuły element, zostanie pokazany na wyświetlaczu dzięki procesowi odbywającemu się w układach elektronicznych a mikroprocesor pokaże wynik na wyświetlaczu.

5. Instrukcje użytkowania

3. Włożyć baterie zgodnie z opisem w sekcji «Umieszczanie baterii».
4. Włożyć palec (paznokciem do góry; zalecany jest wskażający lub środkowy palec) w otwór na palec. Koniecznie włożyć palec tak, aby czujniki całkowicie przykryły palec.
5. Poluzuj urządzenie pozwalając na to, aby zaciśnięto się na palcu.
6. Naciśnij przycisk ON/OFF ①, aby włączyć urządzenie.
7. **Nie wstrząsaj palcem podczas testu.** Zaleca się, aby nie poruszać się podczas odczytu.

8. Pomiar wartości pojawi się na ekranie po kilku sekundach.

9. Usuń palec z urządzenia.

10. Urządzenie automatycznie się wyłącza po około 10 ± 2 sekundach od usunięcia palca z urządzenia.

☞ Wysokość słupka na wykresie ④ jest wskazaniem siły i impulsu sygnału. Słupek powinien być większy niż 30% do prawidłowego odczytu.

☞ Urządzenie to musi być przygotowane odpowiednio w celu uzyskania prawidłowego pomiaru SpO₂. Upewnij się, że nic nie utrudnia pomiaru pulsu przed poleganiem na pomiarze SpO₂ przeszkadza w trakcie pomiaru.

☞ **Maksymalny pojedynczy czas pomiaru powinien być krótszy niż 30 minut**, aby zapewnić ustawienie czujnika i integralność skóry.

Niedokładne pomiary mogą wystąpić, jeśli:

- Pacjent cierpi z powodu znacznych dysfunkcji hemoglobiny (takich jak karboksyhemoglobiny i methemoglobin).
- Wewnętrzczyniowe barwniki, takie jak zieleń indocyaninowa lub błękitu metylenowego wstrzyknięte pacjentowi.

- Nie należy używać w otoczeniu silnego światła (na przykład bezpośrednie działanie promieni słonecznych). W razie potrzeby osłoń obszar czujnika ręcznikiem chirurgicznym.
- Występuje nadmierny ruch pacjenta.
- U pacjenta występują żylne pulsacje.
- U pacjenta występuje poważne niedociśnienie, skurcz naczyń, ciężka niedokrwistość i hipotermia.
- Pacjent ma zatrzymanie akcji serca lub jest w szoku.
- Wypolerowane lub sztuczne paznokcie mogą powodować błędny odczyt.

6. Umieszczanie baterii

Po rozpakowaniu urządzenia należy najpierw umieścić w nim baterie. Komora baterii znajduje się na spodzie urządzenia. Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z instrukcją. Umieścić baterie (2 x 1.5 V, baterie AAA), zwracając uwagę na ich biegunowość.

☞ Wymień baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu mocy ⑤.

Zawsze wymieniaj obie baterie w tym samym czasie.



7. Przycisk ON/OFF / przycisk funkcyjny

W celu włączenia naciśnąć i zwolnić przycisk ON/OFF(WŁ./WYŁ.) ①. Przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę. Urządzenie wyświetli menu ustawień ⑩. Naciśnąć lub przytrzymać przycisk ON/OFF(WŁ./WYŁ.), aby wykonać odpowiednie czynności. Przytrzymać, aby ustawić element, lub naciśnąć go, aby przełączyć opcję lub przełączyć tryb wyświetlania. Naciśnięcie oznacza nie dłużej niż 0,5 sekundy, a przytrzymanie oznacza dłużej niż 0,5 sekundy.

Ustawienie dźwięku alarmu

Przytrzymać przycisk ON/OFF(WŁ./WYŁ.) ①, gdy urządzenie jest włączone. Zostanie wyświetcone menu ustawień (interfejs 1) ⑩-a. Przesunąć symbol «*» do odpowiedniej opcji i przytrzymać przycisk funkcyjny, aby włączyć Alert i wyłączyć sygnał dźwiękowy. Gdy opcja Alert jest ustawiona na WŁ., a zmierzone wartości nasycenia krwi tlenem i częstości tętna wykraczają poza górną lub dolną granicę, urządzenie emisuje sygnał dźwiękowy. Gdy dla opcji dźwięk jest wybrane ustawienie WŁ., podczas pomiaru częstości tętna będzie słyszalny symbol zaznaczenia wraz z skurczami tętna. Gdy symbol «*» pozostaje na opcji Restore (Przywróć), należy przytrzymać przycisk funkcyjny, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Ustawienie jasności

Nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) ①, aby wybrać opcję **Brightness (Jasność)**, a następnie przytrzymać przycisk ON/OFF(WŁ./WYŁ.), aby ustawić jasność na wartość od 1 do 5. Im większa wartość, tym jaśniejszy ekran.

Ustawienie zakresu alarmu

Ustawienie zakresu alarmu W menu ustawień (interfejs 2) ⑩-b, nacisnąć przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.) ①, aby przełączać między opcjami. W tym interfejsie można ustawić górną i dolny próg alarmowy **SpO₂ Alert** i **PR Alert**.

Gdy symbol «*» pozostaje na opcji +/-, przytrzymać przycisk funkcyjny, aby ustawić opcję na + lub -. W trybie + wybrać odpowiednią opcję i przytrzymać przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby zwiększyć górną lub dolną granicę; w trybie - przytrzymać przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby zmniejszyć górną lub dolną granicę. Przesunąć «*» do opcji **Exit (Zakończ)** i przytrzymać przycisk ON/OFF (WŁ./WYŁ.), aby powrócić do interfejsu monitorowania.

8. Tryb wyświetlania

Gdy urządzenie jest włączone, krótko naciśnij przycisk ON/OFF ①, aby przełączyć się na inny tryb wyświetlania, aby wybrać żądany tryb wyświetlania ⑨. Istnieje 6 różnych trybów wyświetlania. Domyslnym ustawieniem jest tryb 1.

9. Korzystanie ze smyczy

1. Przewlecz cienką końcówkę linki poprzez otwór do zawieszania w tyłnej części urządzenia.
2. Przelóż grubszy koniec smyczy poprzez gwintowany koniec i pociągnij go lekko.

10. Występujące problemy oraz środki zaradcze

Opis	Symptomy/Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
SpO ₂ lub tętno nie wyświetla się normalnie.	1. Palec nie jest włożony prawidłowo. 2. Wartość SpO ₂ pacjenta jest zbyt niska, aby ją zmierzyć. 3. Występuje nadmierne oświetlenie.	1. Spróbuj ponownie włożyć palec. 2. & 3. Zmierz więcej razy. Jeśli okaże się, że produkt działa poprawnie, należy skonsultować się z lekarzem.

Opis	Symptomy/Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązańia
SpO ₂ lub tętno jest niestabilne.	1. Palec może nie być włożony wystarczająco głęboko. 2. Występuje nadmierna ruchliwość pacjenta.	1. Spróbuj ponownie włożyć palec. 2. Usiądź spokojnie i ponów próbę.
Urządzenie nie może się włączyć.	1. Brak baterii lub słaby akumulator. 2. Baterie nie są poprawnie zainstalowane. 3. Urządzenie mogło zostać uszkodzone.	1. Wymień baterię. 2. Usuń i ponownie włącz baterię. 3. Skontaktuj z lokalnym przedstawicielem Microlife.

Opis	Symptomy/Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązańia
Wyświetlacz nagle się wyłącza.	1. Urządzenie automatycznie się wyłącza, gdy sygnał nie był wykryty przez 10 ± 2 sekund. 2. Bateria jest zbyt słaba, aby pracować.	1. Normalny. 2. Wymień baterię.

11. Czyszczenie i dezynfekcja

Można wykorzystywać alkohol lub bawełnianą tkanię nasączoną alkoholem (70% isopropyl) do czyszczenia części silikonowej, która dotyka palca wewnątrz urządzenia. Palec również należy oczyścić przed i po każdym badaniu. Urządzenie powinno być wysuszone przed każdym użyciem.



Nigdy nie używaj materiałów ściernych, środków chemicznych lub rozpuszczalników oraz nigdy nie zanurzaj go w wodzie lub innym płynie czyszczącym.

12. Gwarancja

Urządzenie jest objęte **2-letnią gwarancją**, licząc od daty zakupu. W okresie gwarancji, według naszego uznania, Microlife bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt. Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urządzenia unieważnia gwarancję.

Następujące elementy są wyłączone z gwarancji:

- Koszty transportu i ryzyko z nim związane.
- Szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania.
- Uszkodzenia spowodowane przez wyciekające baterie.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub niewłaściwym użyciem.
- Materiały opakowaniowe / magazynowe i instrukcje użytkowania.
- Regularne kontrole i konserwacja (kalibracja).
- Akcesoria i części zużywające się: baterie.

Jeśli wymagana jest usługa gwarancyjna, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z lokalnym serwisem Microlife. Możesz skontaktować się z lokalnym serwisem Microlife za pośrednictwem naszej strony internetowej:
www.microlife.com/support

Odszkodowanie jest ograniczone do wartości produktu. Gwarancja zostanie udzielona, jeśli cały produkt zostanie zwrócony z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną. Naprawa lub wymiana w ramach gwarancji nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji. Roszczenia prawne i prawa konsumentów nie są ograniczone przez tę gwarancję.

13. Specyfikacja techniczna

Typ: Napalcowy pulsoksymetr OXY 210

Wyświetlacz: Wyświetlacz OLED

Zakres wyświetlenia: Nasycenie tlenem: 35 - 100 %
Częstość tętna: 25 - 250 bpm

Rozdzielcość: Nasycenie tlenem: 1 %
Częstość tętna: 1 bpm

Dokładność pomiaru: Nasycenie tlenem:
 $\pm 2\%$ (70 - 100%)
Brak wymagania: ($\leq 69\%$)
Częstość tętna: ± 2 bpm

Zakres alertów: Góra granica: 50 - 100%
Dolna granica: 50 - 100%

Tętno: Góra granica: 25 - 250 bpm
Dolna granica: 25 - 250 bpm

Błąd alertu: Nasycenie tlenem: $\pm 1\%$ wstępnie ustawionej wartości
Częstość tętna: Większa niż $\pm 10\%$ ustawionej wartości i ± 5 ud./min
Wskaźnik Pi (Indeks perfuzji)
Slaby wskaźnik PI Min. 0.2 %

Warunki pracy: 5 - 40 °C / 41 - 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 15 - 80 %

Warunki przechowywania: -10 - +50°C / 14 - 122 °F
Maksymalna wilgotność względna 10 - 93%

Automatyczne wyłączanie: Automatyczne wyłączenie po 10±2 sekundach, jeśli nie zostanie wykryty sygnał lub sygnał jest słaby.

Bateria: 2 x 1,5 V baterie alkaliczne; rozmiar AAA

Żywotność baterii: około 30 godzin (używając nowych baterii)

Waga: 42.5 g (z bateriami)

Wymiary: 62 x 37 x 32 mm

Klasa IP: IP22

Normy: EN ISO10993-1/-5/-10;
IEC 60601-1; EN 60601-1-2;
ISO 80601-2-61; EN 62304;
EN 60601-1-6

Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat (kiedy używane 15 razy/dziennie; 20 minut dla każdego pomiaru)

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

EMC Information-Guidance and Manufacturer's Declaration

1* WARNING:

Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it may result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally."

2* WARNING:

Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and may result in improper operation."

3* WARNING:

Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the ME equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, it may result in the degradation of the performance of this equipment could result."

declaration - electromagnetic immunity	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic emissions	Not applicable
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m

declaration - electromagnetic immunity		
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level
Conducted RF	3 V 0.15 MHz to 80 MHz 6 V in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz	Not applicable
Radiated RF IEC 61000-4-3	10V/m 80 MHz to 2.7 GHz	10V/m

declaration - electromagnetic immunity		
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air	±8 kV contact ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	Not applicable
Surge IEC 61000-4-5	± 0.5kV, ± 1 kV line(s) to lines ± 0.5kV, ± 1 kV, ± 2 kV line(s) to earth	Not applicable
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycles	Not applicable
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m
NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.		

declaration - electromagnetic immunity					
Immunity test	IEC60601 test level				Compliance level
	Test frequency	Modulation	Maximum power	Immunity level	
Radiated RF IEC 61000-4-3	385 MHz	**Pulse Modulation: 18Hz	1.8 W	27 V/m	27 V/m
	450 MHz	*FM+ 5Hz deviation: 1kHz sine	2 W	28 V/m	28 V/m
	710 MHz, 745 MHz, 780 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m
	810 MHz, 870 MHz, 930 MHz	**Pulse Modulation: 18Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	1720 MHz, 1845 MHz, 1970 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	2450 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	2 W	28 V/m	28 V/m
	5240 MHz, 5500 MHz, 5785 MHz	**Pulse Modulation: 217Hz	0.2 W	9 V/m	9 V/m
<i>Note* - As an alternative to FM modulation, 50 % pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent actual modulation, it would be worst case.</i>					
<i>Note** - The carrier shall be modulated using a 50 % duty cycle square wave signal.</i>					